Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA V\DATA\VV110618\
Data File : VV008530.D
Acq On : 06 Nov 2018 14:25
Operator : SY/MD
Sample : BFB56
Misc : 25.0 mL/MSVOA V/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB56

Integration File: LSCINT.P

Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\METHOD\SOMVLM110618WMA.M
Title : VOC Analysis
Last Update : Wed Nov 07 09:05:00 2018





AutoFind: Scans 2808, 2809, 2810; Background Corrected with Scan 2797

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	17.6	3587	PASS
75	95	30	80	52.6	10707	PASS
95	95	100	100	100.0	20338	PASS
96	95	5	9	6.2	1262	PASS
173	174	0.00	2	1.3	195	PASS
174	95	50	120	71.7	14581	PASS
175	174	5	9	6.7	978	PASS
176	174	95	101	96.6	14078	PASS
177	176	5	9	6.6	931	PASS

Scan 2797 (10.084 min): VV008530.D
BFB56

m/z	Abundance
39.90	174.0
44.00	455.0

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB56

Scan 2808 (10.119 min): VV008530.D
BFB56

m/z	Abundance
35.90	187.0
36.90	1053.0
38.00	833.0
39.00	271.0
39.90	164.0
43.90	708.0
45.20	137.0
46.90	347.0
48.00	148.0
49.00	786.0
50.00	3656.0
51.00	1286.0
55.00	124.0
56.10	371.0
57.00	550.0
59.90	180.0
60.90	898.0
62.00	996.0
62.90	822.0
68.00	2068.0
69.00	2122.0
69.90	173.0
72.10	103.0
73.00	972.0
74.00	3729.0
75.00	10195.0
76.00	1011.0
77.00	167.0
78.90	575.0
80.00	159.0
80.90	659.0
81.90	143.0
87.00	829.0
88.00	787.0
92.00	509.0
93.00	892.0
94.00	2604.0
95.00	19376.0
96.00	1209.0
117.00	128.0
118.80	173.0
140.70	133.0
141.10	157.0
143.00	238.0
173.00	185.0
174.00	13715.0
174.90	899.0
175.90	12663.0
176.90	910.0

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB56

Scan 2809 (10.122 min): VV008530.D
BFB56

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB56

m/z	Abundance
35.90	187.0
36.90	1059.0
38.00	853.0
39.00	391.0
39.90	154.0
44.00	735.0
45.20	138.0
46.90	350.0
48.00	209.0
49.00	769.0
50.00	3663.0
51.00	1319.0
55.00	163.0
56.10	360.0
57.00	555.0
59.90	223.0
60.90	1018.0
62.00	1045.0
62.90	878.0
64.00	108.0
68.00	2115.0
69.00	2399.0
70.00	229.0
72.10	116.0
73.00	1070.0
74.00	3937.0
75.00	11137.0
76.00	1109.0
76.90	163.0
77.80	125.0
78.90	620.0
79.90	207.0
80.90	739.0
81.70	110.0
87.00	801.0
88.00	871.0
92.00	533.0
93.00	943.0
94.00	2870.0
95.00	20912.0
95.90	1294.0
115.80	121.0
117.00	152.0
118.90	134.0
127.80	102.0
140.60	124.0
141.10	174.0
143.00	257.0
171.90	103.0
172.90	203.0
174.00	15009.0
175.00	989.0
175.90	14623.0
176.90	960.0

Scan 2810 (10.125 min): VV008530.D
BFB56

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB56

m/z	Abundance
36.00	187.0
36.90	1000.0
38.00	804.0
39.00	478.0
39.90	154.0
41.00	104.0
44.00	724.0
44.90	157.0
46.90	333.0
48.00	225.0
49.00	753.0
50.00	3444.0
50.90	1247.0
55.00	173.0
56.00	311.0
57.10	543.0
60.00	213.0
60.90	1129.0
62.00	954.0
62.90	804.0
63.90	120.0
64.80	134.0
67.00	116.0
68.00	2054.0
69.00	2541.0
70.00	267.0
72.10	122.0
73.00	1031.0
74.00	3697.0
75.00	10791.0
76.00	1068.0
76.90	160.0
77.80	147.0
78.90	636.0
79.80	245.0
80.90	651.0
81.70	109.0
87.00	714.0
88.00	873.0
90.80	129.0
92.00	509.0
93.00	858.0
94.00	2816.0
95.00	20728.0
96.00	1283.0
105.60	109.0
115.90	115.0
116.90	159.0
117.90	138.0
119.00	118.0
127.90	138.0
141.00	161.0
142.90	256.0
172.90	199.0
174.00	15021.0
175.00	1048.0
175.90	14949.0
177.00	923.0