Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\DATA\VV121019\
Data File : VV013999.D
Acq On : 10 Dec 2019 20:15
Operator : SY/MD
Sample : K6200-07
Misc : 5.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_V
ClientSampleId : BFF25

Quant Time: Dec 11 03:07:42 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\METHOD\SOMVLM120219WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Wed Dec 11 00:25:42 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Difluorobenzene	5.66	114	715950	50.00	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	8.89	117	568769	50.00	ug/L	0.00
60) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.29	152	234074	50.00	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.32	65	149937	36.21	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 135		Recovery = 72.42%			
7) Chloroethane-d5	1.58	69	174445	40.36	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 130		Recovery = 80.72%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.13	63	255344	27.89	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 55.78%#			
21) 2-Butanone-d5	3.92	46	283851	97.39	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 40 - 130		Recovery = 97.39%			
24) Chloroform-d	4.40	84	378331	43.51	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 87.02%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	5.08	65	249741	45.32	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 90.64%			
32) Benzene-d6	5.09	84	766889	52.03	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 104.06%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	6.11	67	236830	53.53	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 120		Recovery = 107.06%			
41) Toluene-d8	7.36	98	616239	45.86	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 91.72%			
43) trans-1,3-Dichloropropene-	7.66	79	93334	43.36	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 86.72%			
47) 2-Hexanone-d5	8.13	63	129478	78.38	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 45 - 130		Recovery = 78.38%			
57) 1,1,2,2-Tetrachloroethane-	10.25	84	258258	40.32	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 120		Recovery = 80.64%			
64) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.67	152	213236	46.38	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 92.76%			

Target Compounds	Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\DATA\VV121019\
Data File : VV013999.D
Acq On : 10 Dec 2019 20:15
Operator : SY/MD
Sample : K6200-07
Misc : 5.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFF25

Quant Time: Dec 11 03:07:42 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\METHOD\SOMVLM120219WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Wed Dec 11 00:25:42 2019
Response via : Initial Calibration