Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV071524\
Data File : VV036528.D
Acq On : 15 Jul 2024 15:23
Operator : SY/MD
Sample : P3215-14RE
Misc : 5.26g/10.0mL/MSVOA_V/SOIL/B
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
A4D31RE

Quant Time: Jul 16 01:28:37 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM071124SMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Tue Jul 16 01:25:30 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Difluorobenzene	0.000	114	0	0.000	ug/L	-5.53
28) Chlorobenzene-d5	0.000	117	0	0.000	ug/L	-8.78
58) 1,4-Dichlorobenzene-d4	0.000	152	0	0.000	ug/L	-11.18
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	0.000	65	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 30 - 150		Recovery =	0.000%#		
7) Chloroethane-d5	0.000	69	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 30 - 150		Recovery =	0.000%#		
11) 1,1-Dichloroethene-d2	0.000	65	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 45 - 110		Recovery =	0.000%#		
21) 2-Butanone-d5	0.000	46	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 50.000	Range 20 - 135		Recovery =	0.000%#		
24) Chloroform-d	0.000	84	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 40 - 150		Recovery =	0.000%#		
26) 1,2-Dichloroethane-d4	0.000	65	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 70 - 130		Recovery =	0.000%#		
32) Benzene-d6	0.000	84	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 20 - 135		Recovery =	0.000%#		
36) 1,2-Dichloropropane-d6	0.000	67	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 70 - 120		Recovery =	0.000%#		
41) Toluene-d8	0.000	98	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 30 - 130		Recovery =	0.000%#		
43) trans-1,3-Dichloroprop...	0.000	79	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 30 - 135		Recovery =	0.000%#		
47) 2-Hexanone-d5	0.000	63	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 50.000	Range 20 - 135		Recovery =	0.000%#		
56) 1,1,2,2-Tetrachloroeth...	0.000	84	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 45 - 120		Recovery =	0.000%#		
66) 1,2-Dichlorobenzene-d4	0.000	152	0	0.000	ug/L	
Spiked Amount 25.000	Range 75 - 120		Recovery =	0.000%#		

Target Compounds Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV071524\
Data File : VV036528.D
Acq On : 15 Jul 2024 15:23
Operator : SY/MD
Sample : P3215-14RE
Misc : 5.26g/10.0mL/MSVOA_V/SOIL/B
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
A4D31RE

Quant Time: Jul 16 01:28:37 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM071124SMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Tue Jul 16 01:25:30 2024
Response via : Initial Calibration