BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_W\Data\VW022322\
Data File : VW022103.D
Acq On : 23 Feb 2022 09:02
Operator : SY/VA
Sample : BFB512
Misc : 5.00g/10mL/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
BFB512

Integration File: LSCINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_W\Method\SFAMWLM022322SMA.M
Title : SFAM01.0
Last Update : Fri Feb 25 04:49:00 2022





AutoFind: Scans 1756, 1757, 1758; Background Corrected with Scan 1749

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	16.5	6114	PASS
75	95	30	80	48.4	17936	PASS
95	95	100	100	100.0	37056	PASS
96	95	5	9	6.6	2440	PASS
173	174	0.00	2	0.0	0	PASS
174	95	50	120	76.0	28179	PASS
175	174	5	9	8.4	2355	PASS
176	174	95	105	97.3	27432	PASS
177	176	5	10	6.4	1765	PASS

Scan 1749 (12.567 min): VW022103.D\data.ms
BFB512

m/z	Abundance
35.80	54.0
39.90	104.0
42.50	54.0
43.90	86.0
54.60	71.0

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
BFB512

Scan 1756 (12.609 min): VW022103.D\data.ms
BFB512

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
BFB512

m/z	Abundance
36.00	362.0
37.00	1419.0
38.00	1265.0
39.10	539.0
39.80	120.0
40.30	72.0
43.20	54.0
44.00	300.0
45.00	359.0
47.00	207.0
48.20	110.0
49.00	1359.0
50.00	5756.0
51.00	1772.0
52.00	83.0
52.90	53.0
54.90	159.0
56.00	623.0
57.00	934.0
58.00	78.0
60.00	332.0
61.00	1680.0
62.00	1654.0
63.10	1399.0
64.00	187.0
65.00	214.0
67.00	156.0
68.00	3522.0
69.10	3243.0
70.10	306.0
72.00	209.0
73.00	1753.0
74.00	5768.0
75.00	16231.0
76.00	1566.0
77.00	189.0
77.70	153.0
78.80	1479.0
79.80	390.0
80.90	1578.0
81.90	428.0
87.00	1164.0
87.90	1218.0
90.90	156.0
92.00	1064.0
93.00	1580.0
94.10	4185.0
95.00	31872.0
96.00	2502.0
97.00	177.0
102.90	76.0
103.90	238.0
105.00	96.0
105.90	214.0
106.90	72.0
110.90	62.0
116.10	124.0
116.90	303.0
117.80	98.0
118.80	178.0
124.90	111.0
127.90	122.0
128.90	89.0
129.80	175.0
130.80	78.0
133.00	227.0
134.70	73.0
136.90	78.0
139.90	56.0
140.90	406.0
142.00	53.0
142.90	542.0
144.00	74.0
145.00	111.0
146.90	59.0
147.80	54.0
154.90	121.0
156.80	56.0
159.00	54.0
170.90	65.0
171.90	388.0
173.90	23624.0
175.00	1990.0
175.90	22240.0
176.90	1479.0
190.90	160.0
192.80	213.0
193.10	223.0
204.80	55.0
206.80	161.0
248.80	163.0
252.10	61.0

265.20	183.0
281.10	1592.0
282.00	516.0
282.90	291.0
284.00	61.0

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
BFB512

Scan 1757 (12.615 min): VW022103.D\data.ms
BFB512

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
BFB512

m/z	Abundance
36.00	312.0
37.00	1742.0
38.00	1595.0
39.00	757.0
40.00	134.0
44.00	340.0
44.90	318.0
46.10	100.0
47.00	328.0
48.00	304.0
49.10	1572.0
50.00	6699.0
51.10	2150.0
52.00	60.0
55.00	144.0
55.90	698.0
57.00	1173.0
57.90	113.0
59.90	323.0
61.00	1892.0
62.00	1893.0
63.00	1716.0
64.00	235.0
65.00	272.0
67.00	190.0
68.00	4108.0
69.00	3979.0
70.00	434.0
72.00	209.0
73.00	2077.0
74.00	7344.0
75.00	20064.0
76.10	1694.0
77.10	272.0
78.00	228.0
78.90	1853.0
79.90	328.0
80.90	2039.0
82.00	473.0
82.90	75.0
85.90	83.0
87.00	1570.0
87.90	1235.0
91.10	233.0
92.00	1217.0
93.00	1965.0
94.00	5642.0
95.00	41720.0
96.00	2656.0
97.00	90.0
102.90	86.0
103.80	270.0
105.00	71.0
105.90	307.0
111.00	92.0
113.10	83.0
114.80	69.0
115.80	182.0
116.90	348.0
117.90	302.0
118.90	259.0
126.10	53.0
127.80	119.0
128.90	59.0
129.80	199.0
130.80	129.0
132.80	72.0
134.80	149.0
139.90	59.0
140.80	555.0
142.00	82.0
142.90	682.0
145.00	91.0
145.70	73.0
147.90	173.0
154.90	115.0
156.90	82.0
158.90	73.0
171.10	90.0
172.00	431.0
173.90	29800.0
175.00	2413.0
176.00	30528.0
177.00	1797.0
177.90	76.0
191.00	186.0
192.90	244.0
206.90	114.0
207.30	109.0
249.10	115.0
265.00	125.0
281.00	1348.0

281.90	377.0
283.10	228.0
284.10	75.0

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
BFB512

Scan 1758 (12.621 min): VW022103.D\data.ms
BFB512

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
BFB512

m/z	Abundance
35.40	60.0
36.00	339.0
37.00	1430.0
38.00	1134.0
39.00	497.0
40.00	106.0
44.00	311.0
45.00	358.0
46.30	78.0
46.90	299.0
48.10	202.0
49.00	1231.0
50.00	5887.0
51.00	1788.0
52.00	85.0
55.00	99.0
55.90	534.0
57.00	916.0
58.00	77.0
59.90	252.0
61.00	1519.0
62.00	1618.0
63.00	1619.0
64.00	179.0
64.90	155.0
66.90	72.0
68.00	3352.0
69.00	3537.0
70.10	352.0
72.10	212.0
73.10	1735.0
74.00	6566.0
75.00	17512.0
76.00	1445.0
77.10	223.0
78.90	1678.0
80.00	461.0
80.90	1607.0
81.90	448.0
83.00	83.0
85.90	113.0
86.90	1122.0
87.90	1223.0
91.00	190.0
92.00	1148.0
93.00	1880.0
94.00	5287.0
95.00	37576.0
96.00	2162.0
96.80	71.0
103.90	197.0
105.00	70.0
105.90	179.0
112.90	83.0
114.90	53.0
115.90	160.0
117.00	310.0
117.80	185.0
118.80	264.0
127.90	157.0
128.90	70.0
129.80	137.0
133.00	74.0
134.80	139.0
140.90	476.0
142.00	72.0
142.90	632.0
143.80	58.0
144.70	81.0
145.00	93.0
145.80	95.0
147.80	112.0
154.90	92.0
157.00	66.0
158.90	72.0
170.30	58.0
171.90	452.0
173.90	31112.0
175.00	2662.0
175.90	29528.0
176.90	2018.0
177.90	55.0
193.10	101.0
206.90	69.0
265.10	76.0
281.00	849.0
281.90	297.0
283.00	132.0