Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW042120\
Data File : VW015274.D
Acq On : 21 Apr 2020 20:08
Operator : SY/VA
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Apr 22 07:38:35 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W042020S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 21 06:39:58 2020
Response via : Initial Calibration

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.95	168	211516	50.00	ug/l		0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.84	114	304125	50.00	ug/l		0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.63	117	290751	50.00	ug/l		0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.56	152	164455	50.00	ug/l		0.00
System Monitoring Compounds							
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.31	65	92505	53.48	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 106.96%				
35) Dibromofluoromethane	7.88	113	94594	56.15	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 112.30%				
50) Toluene-d8	10.32	98	381213	53.79	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 107.58%				
62) 4-Bromofluorobenzene	12.62	95	148023	54.74	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 109.48%				
Target Compounds							Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	2.00	85	77092	46.154	ug/l		97
3) Chloromethane	2.22	50	86878	47.763	ug/l		100
4) Vinyl Chloride	2.36	62	101437	47.225	ug/l		98
5) Bromomethane	2.76	94	80905	52.975	ug/l		90
6) Chloroethane	2.92	64	62123	46.627	ug/l		96
7) Trichlorofluoromethane	3.26	101	141269	46.479	ug/l		99
8) Diethyl Ether	3.69	74	42805	50.174	ug/l		86
9) 1,1,2-Trichlorotrifluoroet	4.06	101	87293	46.572	ug/l		91
10) Methyl Iodide	4.28	142	96417	48.975	ug/l		98
11) Tert butyl alcohol	5.17	59	34340	243.553	ug/l		98
12) 1,1-Dichloroethene	4.04	96	85528	47.407	ug/l		93
13) Acrolein	3.90	56	19463	263.737	ug/l		97
14) Allyl chloride	4.68	41	110111	46.007	ug/l	#	85
15) Acrylonitrile	5.37	53	80425	247.716	ug/l		98
16) Acetone	4.12	43	62298	206.212	ug/l		97
17) Carbon Disulfide	4.39	76	249276	46.495	ug/l		99
18) Methyl Acetate	4.68	43	37700	47.144	ug/l		93
19) Methyl tert-butyl Ether	5.43	73	205905	49.717	ug/l		96
20) Methylene Chloride	4.92	84	95104	48.033	ug/l		89
21) trans-1,2-Dichloroethene	5.43	96	100723	49.227	ug/l		90
22) Diisopropyl ether	6.32	45	223614	48.702	ug/l	#	93
23) Vinyl Acetate	6.26	43	656420	243.627	ug/l		95
24) 1,1-Dichloroethane	6.22	63	156855	49.293	ug/l		98
25) 2-Butanone	7.17	43	95306	237.780	ug/l	#	88
26) 2,2-Dichloropropane	7.17	77	146305	43.703	ug/l		99
27) cis-1,2-Dichloroethene	7.17	96	110875	50.193	ug/l		97
28) Bromochloromethane	7.51	49	58432	50.506	ug/l	#	72
29) Tetrahydrofuran	7.53	42	62413	249.937	ug/l		87
30) Chloroform	7.68	83	171747	50.008	ug/l		99
31) Cyclohexane	7.96	56	132872	41.540	ug/l		88
32) 1,1,1-Trichloroethane	7.87	97	156400	47.185	ug/l		99
36) 1,1-Dichloropropene	8.09	75	128563	46.837	ug/l		99
37) Ethyl Acetate	7.25	43	43934	49.318	ug/l	#	96
38) Carbon Tetrachloride	8.07	117	139883	46.633	ug/l		97

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW042120\
Data File : VW015274.D
Acq On : 21 Apr 2020 20:08
Operator : SY/VA
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Apr 22 07:38:35 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W042020S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 21 06:39:58 2020
Response via : Initial Calibration

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc Units		Dev(Min)
39) Methylcyclohexane	9.34	83	167100	45.738 ug/l		96
40) Benzene	8.32	78	362313	49.413 ug/l		97
41) Methacrylonitrile	7.48	41	25926	48.504 ug/l		88
42) 1,2-Dichloroethane	8.40	62	108341	50.191 ug/l		100
43) Isopropyl Acetate	8.42	43	93205	49.885 ug/l		95
44) Trichloroethene	9.09	130	112478	50.150 ug/l		91
45) 1,2-Dichloropropane	9.37	63	84250	49.409 ug/l		99
46) Dibromomethane	9.46	93	50594	51.294 ug/l	#	86
47) Bromodichloromethane	9.65	83	130487	49.487 ug/l		98
48) Methyl methacrylate	9.43	41	42185	47.761 ug/l	#	80
49) 1,4-Dioxane	9.45	88	14648	1113.970 ug/l		94
51) 4-Methyl-2-Pentanone	10.21	43	230440	262.737 ug/l		96
52) Toluene	10.39	92	261639	50.985 ug/l		98
53) t-1,3-Dichloropropene	10.60	75	126984	48.841 ug/l		100
54) cis-1,3-Dichloropropene	10.07	75	148064	48.995 ug/l		99
55) 1,1,2-Trichloroethane	10.79	97	70561	51.088 ug/l		98
56) Ethyl methacrylate	10.65	69	90413	50.814 ug/l		91
57) 1,3-Dichloropropane	10.93	76	115973	50.690 ug/l		100
58) 2-Chloroethyl Vinyl ether	9.93	63	204399	247.783 ug/l		89
59) 2-Hexanone	10.97	43	154896	247.403 ug/l		96
60) Dibromochloromethane	11.13	129	94685	51.921 ug/l		99
61) 1,2-Dibromoethane	11.23	107	68976	51.180 ug/l		97
64) Tetrachloroethene	10.86	164	104868	50.536 ug/l		92
65) Chlorobenzene	11.66	112	287839	50.451 ug/l		99
66) 1,1,1,2-Tetrachloroethane	11.73	131	105677	51.535 ug/l		97
67) Ethyl Benzene	11.73	91	519991	48.872 ug/l		98
68) m/p-Xylenes	11.84	106	421251	101.007 ug/l		98
69) o-Xylene	12.16	106	197666	50.778 ug/l		98
70) Styrene	12.18	104	341048	51.397 ug/l		99
71) Bromoform	12.35	173	61277	53.035 ug/l	#	98
73) Isopropylbenzene	12.46	105	545777	47.865 ug/l		100
74) N-amyl acetate	12.27	43	95254	48.018 ug/l		94
75) 1,1,2,2-Tetrachloroethane	12.71	83	77786	48.048 ug/l		98
76) 1,2,3-Trichloropropane	12.77	75	61485m	48.328 ug/l		
77) Bromobenzene	12.74	156	132084	50.420 ug/l		82
78) n-propylbenzene	12.80	91	624983	47.076 ug/l		96
79) 2-Chlorotoluene	12.89	91	361776	48.354 ug/l		97
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	12.94	105	476446	48.507 ug/l		100
81) trans-1,4-Dichloro-2-buten	12.51	75	26440	45.430 ug/l		92
82) 4-Chlorotoluene	12.99	91	382006	48.089 ug/l		97
83) tert-Butylbenzene	13.21	119	415164	48.360 ug/l		99
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.25	105	471517	48.671 ug/l		98
85) sec-Butylbenzene	13.38	105	569606	48.044 ug/l		97
86) p-Isopropyltoluene	13.50	119	534035	48.475 ug/l		99
87) 1,3-Dichlorobenzene	13.50	146	261945	50.325 ug/l		98
88) 1,4-Dichlorobenzene	13.58	146	256376	50.247 ug/l		97
89) n-Butylbenzene	13.82	91	467813	46.458 ug/l		98
90) Hexachloroethane	14.09	117	97801	48.407 ug/l		72
91) 1,2-Dichlorobenzene	13.87	146	231846	51.258 ug/l		96
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropropan	14.48	75	14920	50.926 ug/l		87

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA W\DATA\VW042120\
Data File : VW015274.D
Acq On : 21 Apr 2020 20:08
Operator : SY/VA
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM

Quant Time: Apr 22 07:38:35 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W042020S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 21 06:39:58 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	15.13	180	155347	49.412	ug/l	98
94) Hexachlorobutadiene	15.24	225	104004	49.619	ug/l	100
95) Naphthalene	15.36	128	253870	50.198	ug/l	100
96) 1,2,3-Trichlorobenzene	15.55	180	130386	50.972	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW042120\
Data File : VW015274.D
Acq On : 21 Apr 2020 20:08
Operator : SY/VA
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Apr 22 07:38:35 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W042020S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 21 06:39:58 2020
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 7.95 min Scan# 992
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:168 Resp: 211516

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	49.4	48.5	72.7



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#2
Dichlorodifluoromethane
Concen: 46.154 ug/l
RT: 2.00 min Scan# 16
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 85 Resp: 77092

Ion	Ratio	Lower	Upper
85	100		
87	32.8	17.2	51.6





#3
Chloromethane
Concen: 47.763 ug/l
RT: 2.22 min Scan# 52
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 50 Resp: 86878

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	32.8	26.5	39.7



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#4
Vinyl Chloride
Concen: 47.225 ug/l
RT: 2.36 min Scan# 75
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 62 Resp: 101437

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
64	33.2	25.4	38.2





#5
Bromomethane
Concen: 52.975 ug/l
RT: 2.76 min Scan# 140
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 94 Resp: 80905

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	97.4	70.4	105.6



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#6
Chloroethane
Concen: 46.627 ug/l
RT: 2.92 min Scan# 166
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 64 Resp: 62123

Ion	Ratio	Lower	Upper
64	100		
66	34.5	25.8	38.6





#7
Trichlorofluoromethane
Concen: 46.479 ug/l
RT: 3.26 min Scan# 223
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:101 Resp: 141269

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
103	65.0	51.3	76.9



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#8
Diethyl Ether
Concen: 50.174 ug/l
RT: 3.69 min Scan# 293
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 74 Resp: 42805

Ion	Ratio	Lower	Upper
74	100		
45	77.9	45.5	136.5





#9
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
Concen: 46.572 ug/l
RT: 4.06 min Scan# 354
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:101 Resp: 87293

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
85	43.6	35.3	52.9
151	85.4	59.3	88.9



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#10
Methyl Iodide
Concen: 48.975 ug/l
RT: 4.28 min Scan# 389
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:142 Resp: 96417

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	41.2	33.9	50.9
141	14.0	11.4	17.2





#11
Tert butyl alcohol
Concen: 243.553 ug/l
RT: 5.17 min Scan# 536
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 59 Resp: 34340

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	11.4	8.4	12.6



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#12
1,1-Dichloroethene
Concen: 47.407 ug/l
RT: 4.04 min Scan# 351
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 96 Resp: 85528

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	145.4	127.0	190.4
98	62.9	51.0	76.4





#13
Acrolein
Concen: 263.737 ug/l
RT: 3.90 min Scan# 327
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 56 Resp: 19463

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
55	72.7	56.2	84.2



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#14
Allyl chloride
Concen: 46.007 ug/l
RT: 4.68 min Scan# 455
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 41 Resp: 110111

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	81.6	54.0	81.0#
76	46.0	31.8	47.6





#15
Acrylonitrile
Concen: 247.716 ug/l
RT: 5.37 min Scan# 569
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 53 Resp: 80425

Ion	Ratio	Lower	Upper
53	100		
52	82.5	65.2	97.8
51	37.2	28.2	42.4



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#16
Acetone
Concen: 206.212 ug/l
RT: 4.12 min Scan# 364
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 62298

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	31.8	27.0	40.4





#17
Carbon Disulfide
Concen: 46.495 ug/l
RT: 4.39 min Scan# 407
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 76 Resp: 249276

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	9.1	7.0	10.6



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#18
Methyl Acetate
Concen: 47.144 ug/l
RT: 4.68 min Scan# 455
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 37700

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	29.5	20.6	31.0





#19
Methyl tert-butyl Ether
Concen: 49.717 ug/l
RT: 5.43 min Scan# 578
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 73 Resp: 205905

Ion	Ratio	Lower	Upper
73	100		
57	20.1	17.8	26.6



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#20
Methylene Chloride
Concen: 48.033 ug/l
RT: 4.92 min Scan# 495
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 84 Resp: 95104

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	104.1	95.4	143.0
51	33.0	29.8	44.8
86	64.2	47.4	71.0





#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 49.227 ug/l
RT: 5.43 min Scan# 579
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 96 Resp: 100723

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	117.9	107.8	161.6
98	63.9	50.2	75.2



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#22
Diisopropyl ether
Concen: 48.702 ug/l
RT: 6.32 min Scan# 724
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 45 Resp: 223614

Ion	Ratio	Lower	Upper
45	100		
43	55.5	41.8	62.6
87	36.3	23.2	34.8#
59	13.4	9.6	14.4





#23
Vinyl Acetate
Concen: 243.627 ug/l
RT: 6.26 min Scan# 714
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 656420

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
86	13.5	9.1	13.7

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#24
1,1-Dichloroethane
Concen: 49.293 ug/l
RT: 6.22 min Scan# 708
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 63 Resp: 156855

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
98	8.3	3.6	10.9
100	5.1	2.4	7.2





#25
2-Butanone
Concen: 237.780 ug/l
RT: 7.17 min Scan# 864
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 95306

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
72	33.0	21.6	32.4#

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#26
2,2-Dichloropropane
Concen: 43.703 ug/l
RT: 7.17 min Scan# 864
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 77 Resp: 146305

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
97	23.2	11.9	35.5





#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 50.193 ug/l
RT: 7.17 min Scan# 864
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 96 Resp: 110875

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	132.4	0.0	275.0
98	65.3	0.0	130.8



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#28
Bromochloromethane
Concen: 50.506 ug/l
RT: 7.51 min Scan# 920
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 49 Resp: 58432

Ion	Ratio	Lower	Upper
49	100		
129	2.7	0.0	4.6
130	101.1	60.9	91.3#





#29
Tetrahydrofuran
Concen: 249.937 ug/l
RT: 7.53 min Scan# 923
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 42 Resp: 62413

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
72	54.0	36.2	54.2
71	51.3	34.2	51.4



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#30
Chloroform
Concen: 50.008 ug/l
RT: 7.68 min Scan# 947
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 83 Resp: 171747

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	64.0	50.9	76.3





#31
Cyclohexane
Concen: 41.540 ug/l
RT: 7.96 min Scan# 993
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 56 Resp: 132872

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
69	36.5	27.1	40.7
84	103.9	71.9	107.9



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#32
1,1,1-Trichloroethane
Concen: 47.185 ug/l
RT: 7.87 min Scan# 979
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 97 Resp: 156400

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
99	64.6	52.2	78.2
61	41.4	34.2	51.2





#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 53.481 ug/l
RT: 8.31 min Scan# 1050
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 65 Resp: 92505

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	50.8	0.0	107.0



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 8.84 min Scan# 1138
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:114 Resp: 304125

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	18.7	0.0	39.8
88	15.6	0.0	30.2





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 56.152 ug/l
RT: 7.88 min Scan# 981
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:113 Resp: 94594

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	101.8	83.0	124.4
192	22.9	15.1	22.7#



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 46.837 ug/l
RT: 8.09 min Scan# 1014
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 75 Resp: 128563

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	37.8	18.2	54.6
77	30.7	24.5	36.7





#37
Ethyl Acetate
Concen: 49.318 ug/l
RT: 7.25 min Scan# 877
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 43934

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	15.8	11.9	17.9
70	13.2	8.8	13.2#



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 46.633 ug/l
RT: 8.07 min Scan# 1011
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:117 Resp: 139883

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	93.4	72.3	108.5
121	31.1	23.7	35.5





#39
Methylcyclohexane
Concen: 45.738 ug/l
RT: 9.34 min Scan# 1219
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 83 Resp: 167100

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
55	67.5	58.1	87.1
98	51.4	40.2	60.4



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#40
Benzene
Concen: 49.413 ug/l
RT: 8.32 min Scan# 1053
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 78 Resp: 362313

Ion	Ratio	Lower	Upper
78	100		
77	24.0	18.2	27.2





#41
Methacrylonitrile
Concen: 48.504 ug/l
RT: 7.48 min Scan# 915
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 41 Resp: 25926

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	62.1	41.9	62.9
67	85.6	60.6	91.0
52	34.8	23.8	35.8



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#42
1,2-Dichloroethane
Concen: 50.191 ug/l
RT: 8.40 min Scan# 1066
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 62 Resp: 108341

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
98	10.2	0.0	20.4





#43
Isopropyl Acetate
Concen: 49.885 ug/l
RT: 8.42 min Scan# 1069
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 93205

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	33.8	24.8	37.2
87	16.3	11.4	17.2



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#44
Trichloroethene
Concen: 50.150 ug/l
RT: 9.09 min Scan# 1179
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:130 Resp: 112478

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	89.2	0.0	196.4





#45
1,2-Dichloropropane
Concen: 49.409 ug/l
RT: 9.37 min Scan# 1224
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 63 Resp: 84250

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
65	32.7	25.5	38.3

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#46
Dibromomethane
Concen: 51.294 ug/l
RT: 9.46 min Scan# 1239
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 93 Resp: 50594

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	82.1	67.5	101.3
174	115.3	74.1	111.1#





#47
Bromodichloromethane
Concen: 49.487 ug/l
RT: 9.65 min Scan# 1270
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 83 Resp: 130487

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	64.6	50.6	76.0
127	9.8	6.7	10.1



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#48
Methyl methacrylate
Concen: 47.761 ug/l
RT: 9.43 min Scan# 1235
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 41 Resp: 42185

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
69	102.5	70.6	105.8
39	73.0	42.6	64.0#





#49
1,4-Dioxane
Concen: 1113.970 ug/l
RT: 9.45 min Scan# 1237
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 88 Resp: 14648

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
43	29.0	23.5	35.3
58	62.0	55.4	83.2



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#50
Toluene-d8
Concen: 53.793 ug/l
RT: 10.32 min Scan# 1381
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 98 Resp: 381213

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	65.8	52.9	79.3





#51
4-Methyl-2-Pentanone
Concen: 262.737 ug/l
RT: 10.21 min Scan# 1362
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 230440

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	42.9	32.3	48.5



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#52
Toluene
Concen: 50.985 ug/l
RT: 10.39 min Scan# 1392
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 92 Resp: 261639

Ion	Ratio	Lower	Upper
92	100		
91	168.3	137.1	205.7





#53
t-1,3-Dichloropropene
Concen: 48.841 ug/l
RT: 10.60 min Scan# 1427
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 75 Resp: 126984

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	32.1	25.5	38.3

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#54
cis-1,3-Dichloropropene
Concen: 48.995 ug/l
RT: 10.07 min Scan# 1340
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 75 Resp: 148064

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	32.2	26.6	39.8
39	46.8	37.8	56.6





#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 51.088 ug/l
RT: 10.79 min Scan# 1457
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 97 Resp: 70561

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	82.1	67.3	100.9
85	53.8	43.8	65.8
99	61.5	51.4	77.0



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#56
Ethyl methacrylate
Concen: 50.814 ug/l
RT: 10.65 min Scan# 1434
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 69 Resp: 90413

Ion	Ratio	Lower	Upper
69	100		
41	57.5	51.3	76.9
39	35.6	24.6	37.0





#57
1,3-Dichloropropane
Concen: 50.690 ug/l
RT: 10.93 min Scan# 1481
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 76 Resp: 115973

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	32.7	26.2	39.4

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#58
2-Chloroethyl Vinyl ether
Concen: 247.783 ug/l
RT: 9.93 min Scan# 1316
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 63 Resp: 204399

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
106	33.8	22.6	33.8





#59
2-Hexanone
Concen: 247.403 ug/l
RT: 10.97 min Scan# 1487
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 154896

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	59.2	28.1	84.3

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#60
Dibromochloromethane
Concen: 51.921 ug/l
RT: 11.13 min Scan# 1513
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:129 Resp: 94685

Ion	Ratio	Lower	Upper
129	100		
127	77.0	38.3	114.8





#61
1,2-Dibromoethane
Concen: 51.180 ug/l
RT: 11.23 min Scan# 1530
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:107 Resp: 68976

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
109	95.8	74.3	111.5

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 54.745 ug/l
RT: 12.62 min Scan# 1757
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 95 Resp: 148023

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	88.0	0.0	144.4
176	87.6	0.0	140.6





#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 11.63 min Scan# 1596
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:117 Resp: 290751

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	51.5	44.1	66.1
119	32.9	24.9	37.3



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#64
Tetrachloroethene
Concen: 50.536 ug/l
RT: 10.86 min Scan# 1469
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:164 Resp: 104868

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
166	127.9	102.6	154.0
129	87.6	80.2	120.2
131	83.7	77.4	116.2





#65
Chlorobenzene
Concen: 50.451 ug/l
RT: 11.66 min Scan# 1600
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:112 Resp: 287839

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	33.0	25.8	38.6



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#66
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Concen: 51.535 ug/l
RT: 11.73 min Scan# 1612
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:131 Resp: 105677

Ion	Ratio	Lower	Upper
131	100		
133	94.4	47.7	143.1
119	63.6	34.0	101.8





#67
Ethyl Benzene
Concen: 48.872 ug/l
RT: 11.73 min Scan# 1612
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 91 Resp: 519991

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
106	33.1	25.7	38.5

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#68
m/p-Xylenes
Concen: 101.007 ug/l
RT: 11.84 min Scan# 1630
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:106 Resp: 421251

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	196.5	160.0	240.0





#69
o-Xylene
Concen: 50.778 ug/l
RT: 12.16 min Scan# 1683
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:106 Resp: 197666

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	208.7	105.7	317.1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#70
Styrene
Concen: 51.397 ug/l
RT: 12.18 min Scan# 1686
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:104 Resp: 341048

Ion	Ratio	Lower	Upper
104	100		
78	48.7	39.8	59.6
103	53.6	43.8	65.6





#71
Bromoform
Concen: 53.035 ug/l
RT: 12.35 min Scan# 1713
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:173 Resp: 61277

Ion	Ratio	Lower	Upper
173	100		
175	48.7	25.1	75.4
254	0.1	0.1	0.1#

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 13.56 min Scan# 1912
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:152 Resp: 164455

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	56.6	31.3	93.9
150	169.7	0.0	343.4





#73
Isopropylbenzene
Concen: 47.865 ug/l
RT: 12.46 min Scan# 1732
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:105 Resp: 545777

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	27.4	13.7	41.1



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#74
N-amyl acetate
Concen: 48.018 ug/l
RT: 12.27 min Scan# 1701
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 43 Resp: 95254

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
70	49.8	35.4	53.2
55	25.1	18.5	27.7
61	27.1	20.3	30.5





#75
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Concen: 48.048 ug/l
RT: 12.71 min Scan# 1773
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 83 Resp: 77786

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
131	12.4	5.1	15.2
85	65.7	32.3	96.8



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 48.328 ug/l m
RT: 12.77 min Scan# 1782
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 75 Resp: 61485

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	0.0	0.0	0.0





#77
Bromobenzene
Concen: 50.420 ug/l
RT: 12.74 min Scan# 1778
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:156 Resp: 132084

Ion	Ratio	Lower	Upper
156	100		
77	162.7	100.5	301.5
158	97.2	47.9	143.8



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#78
n-propylbenzene
Concen: 47.076 ug/l
RT: 12.80 min Scan# 1788
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 91 Resp: 624983

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	24.7	11.4	34.1





#79
2-Chlorotoluene
Concen: 48.354 ug/l
RT: 12.89 min Scan# 1802
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 91 Resp: 361776

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	35.5	16.8	50.4



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#80
1,3,5-Trimethylbenzene
Concen: 48.507 ug/l
RT: 12.94 min Scan# 1811
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:105 Resp: 476446

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	50.2	24.9	74.8





#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 45.430 ug/l
RT: 12.51 min Scan# 1740
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 75 Resp: 26440

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	94.2	69.4	104.2
89	48.9	34.8	52.2

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM





#82
4-Chlorotoluene
Concen: 48.089 ug/l
RT: 12.99 min Scan# 1818
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 91 Resp: 382006

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	35.5	16.8	50.3





#83
tert-Butylbenzene
Concen: 48.360 ug/l
RT: 13.21 min Scan# 1854
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:119 Resp: 415164

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	64.7	32.8	98.3
134	26.0	13.3	39.9



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 48.671 ug/l
RT: 13.25 min Scan# 1861
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:105 Resp: 471517

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	47.1	23.0	69.0





#85
sec-Butylbenzene
Concen: 48.044 ug/l
RT: 13.38 min Scan# 1883
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:105 Resp: 569606

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	21.5	10.1	30.1



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 48.475 ug/l
RT: 13.50 min Scan# 1902
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:119 Resp: 534035

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	27.2	13.3	39.9
91	23.3	12.0	36.1





#87
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 50.325 ug/l
RT: 13.50 min Scan# 1902
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:146 Resp: 261945

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	39.1	21.1	63.4
148	64.1	31.8	95.3



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 50.247 ug/l
RT: 13.58 min Scan# 1915
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:146 Resp: 256376

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	37.6	20.4	61.3
148	64.1	31.5	94.5





#89
n-Butylbenzene
Concen: 46.458 ug/l
RT: 13.82 min Scan# 1955
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 91 Resp: 467813

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	54.9	27.6	82.7
134	28.7	12.8	38.3



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#90
Hexachloroethane
Concen: 48.407 ug/l
RT: 14.09 min Scan# 1999
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:117 Resp: 97801

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
201	89.2	33.6	100.6





#91
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 51.258 ug/l
RT: 13.87 min Scan# 1963
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:146 Resp: 231846

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	40.4	21.6	65.0
148	64.5	31.0	93.0



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 50.926 ug/l
RT: 14.48 min Scan# 2063
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion: 75 Resp: 14920

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	95.1	41.6	124.9
157	121.0	53.8	161.2





#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 49.412 ug/l
RT: 15.13 min Scan# 2170
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:180 Resp: 155347

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	95.5	47.1	141.4
145	29.6	16.2	48.6



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 49.619 ug/l
RT: 15.24 min Scan# 2187
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:225 Resp: 104004

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	61.7	31.0	93.0
227	61.4	30.8	92.3





#95
Naphthalene
Concen: 50.198 ug/l
RT: 15.36 min Scan# 2208
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:128 Resp: 253870

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	12.9	10.3	15.5
129	11.0	8.6	12.8



Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
VSTDCCC050EC

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
4/22/2020 11:42:04 AM



#96
1,2,3-Trichlorobenzene
Concen: 50.972 ug/l
RT: 15.55 min Scan# 2239
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VW015274.D
Acq: 21 Apr 2020 20:08

Tgt Ion:180 Resp: 130386

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	97.2	48.8	146.3
145	30.8	17.2	51.6