Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA W\DATA\VW051119\
Data File : VW010390.D
Acq On : 11 May 2019 19:28
Operator : SY/VA
Sample : K2719-01
Misc : 3.55G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : P026-SS008-0206-01

Quant Time: May 15 11:53:23 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W050919S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri May 10 03:41:21 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.95	168	771107	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.84	114	1355601	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.63	117	639388	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.56	152	125607	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.31	65	745604	90.95	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 181.90%			
35) Dibromofluoromethane	7.88	113	618650	77.99	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 155.98%			
50) Toluene-d8	10.32	98	1015296	31.43	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 62.86%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.62	95	203930	17.93	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 35.86%			
Target Compounds						Qvalue
8) Diethyl Ether	3.68	74	14099	3.266	ug/l	98
16) Acetone	4.12	43	152431	71.325	ug/l	94
20) Methylene Chloride	4.91	84	159407	17.883	ug/l	96
52) Toluene	10.38	92	38974	1.584	ug/l	100

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA W\DATA\VW051119\
Data File : VW010390.D
Acq On : 11 May 2019 19:28
Operator : SY/VA
Sample : K2719-01
Misc : 3.55G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
P026-SS008-0206-01

Quant Time: May 15 11:53:23 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W050919S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri May 10 03:41:21 2019
Response via : Initial Calibration