Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA W\DATA\VW051719\
Data File : VW010443.D
Acq On : 18 May 2019 06:49
Operator : SY/VA
Sample : K2913-02
Misc : 2.64G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : TP-17-S2

Quant Time: May 20 05:49:24 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W051719S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat May 18 01:59:40 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.95	168	682512	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.84	114	1310754	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.63	117	1062025	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.56	152	453638	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.31	65	420365	56.16	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 112.32%			
35) Dibromofluoromethane	7.88	113	414415	51.19	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 102.38%			
50) Toluene-d8	10.32	98	1591185	52.71	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 105.42%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.62	95	555781	46.89	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 93.78%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.12	43	59488	45.117	ug/l	96
17) Carbon Disulfide	4.37	76	59740	3.074	ug/l	96
25) 2-Butanone	7.18	43	27510	12.240	ug/l	97
39) Methylcyclohexane	9.33	83	26587	1.716	ug/l	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW051719\
Data File : VW010443.D
Acq On : 18 May 2019 06:49
Operator : SY/VA
Sample : K2913-02
Misc : 2.64G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
TP-17-S2

Quant Time: May 20 05:49:24 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W051719S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat May 18 01:59:40 2019
Response via : Initial Calibration