Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW062818\
Data File : VW003645.D
Acq On : 28 Jun 2018 18:07
Operator : SY/AP
Sample : J3732-02
Misc : 5.35G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : EPE-106-8(14-16)

Quant Time: Jun 29 08:02:34 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W061318S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 16 05:18:54 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.95	168	140516	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.85	114	231765	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.63	117	199697	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.57	152	83985	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.31	65	70181	46.11	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 92.22%			
35) Dibromofluoromethane	7.88	113	62241	43.22	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 86.44%			
50) Toluene-d8	10.33	98	181543	31.79	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 63.58%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.63	95	62358	30.86	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 61.72%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.15	43	39384	123.38	ug/l	99
17) Carbon Disulfide	4.37	76	37984	10.10	ug/l	99
20) Methylene Chloride	4.90	84	6394	1.13	ug/l	99
95) Naphthalene	15.38	128	9054	3.11	ug/l	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW062818\
Data File : VW003645.D
Acq On : 28 Jun 2018 18:07
Operator : SY/AP
Sample : J3732-02
Misc : 5.35G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
EPE-106-8(14-16)

Quant Time: Jun 29 08:02:34 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W061318S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 16 05:18:54 2018
Response via : Initial Calibration