Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA W\DATA\VW082019\
Data File : VW012040.D
Acq On : 20 Aug 2019 20:04
Operator : SY/VA
Sample : K4387-02
Misc : 5.25G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : T6-B-(2)

Quant Time: Aug 21 02:05:06 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W072719S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jul 27 00:23:30 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.95	168	236978	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.84	114	391952	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.63	117	316181	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.56	152	111576	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.31	65	148667	54.63	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 109.26%			
35) Dibromofluoromethane	7.88	113	118481	53.88	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 107.76%			
50) Toluene-d8	10.32	98	472050	52.43	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 104.86%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.62	95	142018	44.25	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 88.50%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.14	43	17895	20.674	ug/l	96
20) Methylene Chloride	4.91	84	20324	6.808	ug/l	92
29) Tetrahydrofuran	7.53	42	6783	10.477	ug/l	99
95) Naphthalene	15.36	128	1970	2.495	ug/l #	88

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW082019\
Data File : VW012040.D
Acq On : 20 Aug 2019 20:04
Operator : SY/VA
Sample : K4387-02
Misc : 5.25G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
T6-B-(2)

Quant Time: Aug 21 02:05:06 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W072719S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jul 27 00:23:30 2019
Response via : Initial Calibration