Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW082219\
Data File : VW012109.D
Acq On : 22 Aug 2019 14:34
Operator : SY/VA
Sample : K4086-01
Misc : 4.01G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : NB-08-082019

Quant Time: Aug 23 08:40:28 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W072719S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jul 27 00:23:30 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.95	168	221457	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.84	114	375143	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.63	117	289773	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.56	152	93461	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.30	65	144342	56.76	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery =	113.52%		
35) Dibromofluoromethane	7.88	113	115482	54.87	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery =	109.74%		
50) Toluene-d8	10.32	98	447363	51.92	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery =	103.84%		
62) 4-Bromofluorobenzene	12.62	95	125365	40.81	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery =	81.62%		
Target Compounds						Qvalue
8) Diethyl Ether	3.68	74	2401	1.839	ug/l	84
20) Methylene Chloride	4.92	84	30828	11.050	ug/l	92
29) Tetrahydrofuran	7.54	42	5720	9.454	ug/l	98
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.26	105	6566	1.115	ug/l	91

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA W\DATA\VW082219\
Data File : VW012109.D
Acq On : 22 Aug 2019 14:34
Operator : SY/VA
Sample : K4086-01
Misc : 4.01G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
NB-08-082019

Quant Time: Aug 23 08:40:28 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W072719S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jul 27 00:23:30 2019
Response via : Initial Calibration