Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW112618\
Data File : VW007053.D
Acq On : 26 Nov 2018 17:41
Operator : VAY/AP
Sample : J6055-02
Misc : 4.2G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : RICH-REC-ROAD-STONE-7

Quant Time: Nov 27 06:36:31 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W112118S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 21 03:23:02 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.96	168	119221	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.85	114	192138	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.63	117	173660	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.56	152	74027	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.31	65	58974	50.53	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery =	101.06%		
35) Dibromofluoromethane	7.89	113	57	0.05	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery =	0.10%		
50) Toluene-d8	10.33	98	217681	45.43	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery =	90.86%		
62) 4-Bromofluorobenzene	12.62	95	76734	40.70	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery =	81.40%		
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.15	43	13675	80.70	ug/l	89
17) Carbon Disulfide	4.39	76	5900	1.69	ug/l	99
52) Toluene	10.39	92	452077	131.07	ug/l	100
68) m/p-Xylenes	11.84	106	3741	1.43	ug/l	98
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.26	105	9222	1.86	ug/l	82
95) Naphthalene	15.38	128	3418	1.29	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW112618\
Data File : VW007053.D
Acq On : 26 Nov 2018 17:41
Operator : VAY/AP
Sample : J6055-02
Misc : 4.2G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
RICH-REC-ROAD-STONE-7

Quant Time: Nov 27 06:36:31 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W112118S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 21 03:23:02 2018
Response via : Initial Calibration