Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA W\DATA\VW121918\
Data File : VW007633.D
Acq On : 17 Dec 2018 15:58
Operator : SY/AP
Sample : J6378-09RE
Misc : 2.89G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : P001-SD011-0612-01RE

Quant Time: Dec 18 07:40:06 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W121118S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 11 02:58:16 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.95	168	59258	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.84	114	95462	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.63	117	60832	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.57	152	15392	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.31	65	32814	49.91	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 99.82%			
35) Dibromofluoromethane	7.88	113	29431	50.93	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 101.86%			
50) Toluene-d8	10.32	98	86676	40.00	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 80.00%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.62	95	19827	24.89	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 49.78%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.12	43	12428	108.228	ug/l	92
20) Methylene Chloride	4.91	84	3196	1.271	ug/l #	90
25) 2-Butanone	7.18	43	5238	34.940	ug/l	97
40) Benzene	8.32	78	19325	7.996	ug/l	96
68) m/p-Xylenes	11.84	106	2725	3.215	ug/l	93
69) o-Xylene	12.17	106	1194	1.509	ug/l	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\DATA\VW121918\
Data File : VW007633.D
Acq On : 17 Dec 2018 15:58
Operator : SY/AP
Sample : J6378-09RE
Misc : 2.89G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
ClientSampleId : P001-SD011-0612-01RE

Quant Time: Dec 18 07:40:06 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W121118S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 11 02:58:16 2018
Response via : Initial Calibration