Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA W\Data\VW062418\
Data File : VW003502.D
Acq On : 24 Jun 2018 11:17
Operator : SY/AP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Jun 24 23:35:29 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W061318S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 16 05:18:54 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	50.000	50.000	0.0	97	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	50.000	70.083	-40.2#	144	0.00
3	P	Chloromethane	50.000	43.563	12.9	89	0.00
4	C	Vinyl Chloride	50.000	44.742	10.5#	94	0.00
5	T	Bromomethane	50.000	41.816	16.4	87	0.00
6	T	Chloroethane	50.000	43.001	14.0	92	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	50.000	50.303	-0.6	104	0.00
8	T	Diethyl Ether	50.000	46.343	7.3	94	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	50.000	48.658	2.7	101	0.00
10	T	Methyl Iodide	50.000	48.156	3.7	99	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	250.000	218.253	12.7	82	-0.02
12	CM	1,1-Dichloroethene	50.000	47.614	4.8#	101	0.00
13	T	Acrolein	250.000	238.351	4.7	97	0.00
14	T	Allyl chloride	50.000	49.032	1.9	100	0.00
15	T	Acrylonitrile	250.000	233.507	6.6	92	0.00
16	T	Acetone	250.000	245.596	1.8	99	0.00
17	T	Carbon Disulfide	50.000	46.468	7.1	98	0.00
18	T	Methyl Acetate	50.000	47.548	4.9	97	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	50.000	48.421	3.2	96	0.00
20	T	Methylene Chloride	50.000	45.925	8.2	91	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	50.000	48.049	3.9	100	0.00
22	T	Diisopropyl ether	50.000	49.603	0.8	99	0.00
23	T	Vinyl Acetate	250.000	242.309	3.1	94	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	50.000	48.697	2.6	100	0.00
25	T	2-Butanone	250.000	248.323	0.7	96	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	50.000	48.560	2.9	101	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	50.000	48.268	3.5	97	0.00
28	T	Bromochloromethane	50.000	53.117	-6.2	100	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	250.000	238.120	4.8	94	0.00
30	C	Chloroform	50.000	48.493	3.0#	98	0.00
31	T	Cyclohexane	50.000	46.849	6.3	104	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	50.000	48.891	2.2	100	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	50.000	49.087	1.8	98	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	50.000	50.000	0.0	96	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	50.000	51.055	-2.1	100	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	50.000	50.488	-1.0	101	0.00
37	T	Ethyl Acetate	50.000	46.357	7.3	90	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	50.000	50.260	-0.5	100	0.00
39	T	Methylcyclohexane	50.000	50.907	-1.8	101	0.00
40	TM	Benzene	50.000	49.729	0.5	99	0.00
41	T	Methacrylonitrile	50.000	49.444	1.1	96	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	50.000	48.656	2.7	96	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	50.000	46.942	6.1	90	0.00
44	TM	Trichloroethene	50.000	49.078	1.8	97	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	50.000	49.549	0.9#	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_W\Data\VW062418\
Data File : VW003502.D
Acq On : 24 Jun 2018 11:17
Operator : SY/AP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00G/5ML/MSVOA_W/SOIL
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Jun 24 23:35:29 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W061318S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 16 05:18:54 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
46	T	Dibromomethane	50.000	47.906	4.2	95	0.00
47	T	Bromodichloromethane	50.000	49.729	0.5	98	0.00
48	T	Methyl methacrylate	50.000	50.347	-0.7	94	0.00
49	T	1,4-Dioxane	1000.000	960.003	4.0	89	0.00
50	S	Toluene-d8	50.000	52.006	-4.0	100	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	250.000	244.814	2.1	92	0.00
52	CM	Toluene	50.000	50.121	-0.2#	99	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	50.000	49.435	1.1	95	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	50.000	50.100	-0.2	97	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	50.000	47.954	4.1	94	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	50.000	49.928	0.1	92	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	50.000	49.137	1.7	96	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	250.000	257.845	-3.1	97	0.00
59	T	2-Hexanone	250.000	258.552	-3.4	95	0.00
60	T	Dibromochloromethane	50.000	48.494	3.0	93	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	50.000	47.842	4.3	93	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	50.000	51.814	-3.6	99	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	50.000	50.000	0.0	95	0.00
64	T	Tetrachloroethene	50.000	48.346	3.3	97	0.00
65	PM	Chlorobenzene	50.000	49.335	1.3	98	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	50.000	48.905	2.2	95	0.00
67	C	Ethyl Benzene	50.000	50.679	-1.4#	99	0.00
68	T	m/p-Xylenes	100.000	101.257	-1.3	99	0.00
69	T	o-Xylene	50.000	50.911	-1.8	97	0.00
70	T	Styrene	50.000	51.099	-2.2	97	0.00
71	P	Bromoform	50.000	46.810	6.4	89	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	50.000	50.000	0.0	94	0.00
73	T	Isopropylbenzene	50.000	51.283	-2.6	98	0.00
74	T	N-amyl acetate	50.000	48.948	2.1	92	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	50.000	47.921	4.2	93	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	50.000	46.603	6.8	91	0.00
77	T	Bromobenzene	50.000	48.009	4.0	93	0.00
78	T	n-propylbenzene	50.000	51.106	-2.2	98	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	50.000	50.272	-0.5	97	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	50.000	50.858	-1.7	97	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	50.000	46.510	7.0	87	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	50.000	50.124	-0.2	97	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	50.000	51.456	-2.9	98	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	50.000	50.696	-1.4	97	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	50.000	50.858	-1.7	97	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	50.000	51.101	-2.2	97	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	50.000	48.998	2.0	96	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	50.000	48.546	2.9	95	0.00
89	T	n-Butylbenzene	50.000	51.234	-2.5	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA W\Data\VW062418\
Data File : VW003502.D
Acq On : 24 Jun 2018 11:17
Operator : SY/AP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00G/5ML/MSVOA W/SOIL
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_W
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Jun 24 23:35:29 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_W\METHOD\82W061318S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 16 05:18:54 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
90 T	Hexachloroethane	50.000	49.779	0.4	95	0.00
91 T	1,2-Dichlorobenzene	50.000	49.009	2.0	95	0.00
92 T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	50.000	47.945	4.1	90	0.00
93 T	1,2,4-Trichlorobenzene	50.000	49.251	1.5	95	0.00
94 T	Hexachlorobutadiene	50.000	47.471	5.1	92	0.00
95 T	Naphthalene	50.000	49.448	1.1	91	0.00
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	50.000	48.153	3.7	93	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6