Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_W\Data\VW121125\
Data File : VW032637.D
Acq On : 11 Dec 2025 16:48
Operator : SY/MD
Sample : Q3814-01
Misc : 3.52g/5mL/MSVOA_W/SOIL/B
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
TP-5

Quant Time: Dec 12 00:46:23 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_W\Method\82W121025S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Dec 11 01:56:28 2025
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	7.965	168	481657	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.849	114	947798	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.629	117	821758	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.556	152	363722	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.319	65	413581	54.295	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 63 - 155		Recovery = 108.580%			
35) Dibromofluoromethane	7.904	113	340532	50.384	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 134		Recovery = 100.760%			
50) Toluene-d8	10.325	98	1257048	51.679	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 123		Recovery = 103.360%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.617	95	444136	49.733	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 17 - 146		Recovery = 99.460%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_W\Data\VW121125\
Data File : VW032637.D
Acq On : 11 Dec 2025 16:48
Operator : SY/MD
Sample : Q3814-01
Misc : 3.52g/5mL/MSVOA_W/SOIL/B
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_W
ClientSampleId :
TP-5

Quant Time: Dec 12 00:46:23 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_W\Method\82W121025S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Dec 11 01:56:28 2025
Response via : Initial Calibration