BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_L\Data\VL083118\
Data File : VL032430.D
Acq On : 30 Aug 2018 23:13
Operator : SY/AP
Sample : BFB
Misc : 400ml/MSVOA_L
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** MSVOA_L
**ClientSampleId :** BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_L\METHODS\VL083118AIR.M
Title : AIR ANALYSIS BY METHOD TO-15 Instrument: MSVOA_LFri Aug 31 21:33:46 2018
Last Update : Fri Aug 31 21:33:46 2018




AutoFind: Scans 4210, 4211, 4212; Background Corrected with Scan 4188

| Target Mass | Rel. to Mass | Lower Limit% | Upper Limit% | Rel. Abn% | Raw Abn | Result Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 95 | 8 | 40 | 23.1 | 299690 | PASS |
| 75 | 95 | 30 | 66 | 54.8 | 709290 | PASS |
| 95 | 95 | 100 | 100 | 100.0 | 1295018 | PASS |
| 96 | 95 | 5 | 9 | 7.1 | 91501 | PASS |
| 173 | 174 | 0.00 | 2 | 0.9 | 6675 | PASS |
| 174 | 95 | 50 | 120 | 57.8 | 748266 | PASS |
| 175 | 174 | 4 | 9 | 7.2 | 53549 | PASS |
| 176 | 174 | 93 | 101 | 95.5 | 714474 | PASS |
| 177 | 176 | 5 | 9 | 6.4 | 45461 | PASS |