Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX010920\
Data File : VX014519.D
Acq On : 09 Jan 2020 23:58
Operator : JC/SP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Jan 10 08:20:33 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X010720W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 07 15:54:41 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	50.000	50.000	0.0	90	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	50.000	50.133	-0.3	86	0.00
3	P	Chloromethane	50.000	50.971	-1.9	89	0.00
4	C	Vinyl Chloride	50.000	53.456	-6.9#	89	0.00
5	T	Bromomethane	50.000	43.400	13.2	83	0.00
6	T	Chloroethane	50.000	52.769	-5.5	89	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	50.000	50.050	-0.1	89	0.00
8	T	Diethyl Ether	50.000	49.162	1.7	91	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	50.000	48.321	3.4	88	0.00
10	T	Methyl Iodide	50.000	53.881	-7.8	86	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	250.000	249.324	0.3	87	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	50.000	48.740	2.5#	88	0.00
13	T	Acrolein	250.000	238.568	4.6	84	0.00
14	T	Allyl chloride	50.000	48.780	2.4	87	0.00
15	T	Acrylonitrile	250.000	259.082	-3.6	93	0.00
16	T	Acetone	250.000	217.910	12.8	75	0.00
17	T	Carbon Disulfide	50.000	47.006	6.0	86	0.00
18	T	Methyl Acetate	50.000	57.732	-15.5	98	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	50.000	51.440	-2.9	91	0.00
20	T	Methylene Chloride	50.000	49.359	1.3	91	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	50.000	47.830	4.3	89	0.00
22	T	Diisopropyl ether	50.000	52.244	-4.5	92	0.00
23	T	Vinyl Acetate	250.000	155.347	37.9#	55	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	50.000	52.096	-4.2	91	0.00
25	T	2-Butanone	250.000	239.902	4.0	85	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	50.000	42.781	14.4	76	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	50.000	49.889	0.2	91	0.00
28	T	Bromochloromethane	50.000	48.694	2.6	91	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	250.000	264.624	-5.8	91	0.00
30	C	Chloroform	50.000	51.804	-3.6#	92	0.00
31	T	Cyclohexane	50.000	51.211	-2.4	87	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	50.000	51.439	-2.9	90	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	50.000	51.563	-3.1	95	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	50.000	50.000	0.0	91	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	50.000	49.646	0.7	92	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	50.000	47.282	5.4	88	0.00
37	T	Ethyl Acetate	50.000	48.041	3.9	88	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	50.000	49.869	0.3	89	0.00
39	T	Methylcyclohexane	50.000	47.759	4.5	86	0.00
40	TM	Benzene	50.000	49.910	0.2	91	0.00
41	T	Methacrylonitrile	50.000	52.582	-5.2	94	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	50.000	48.573	2.9	91	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	50.000	50.628	-1.3	91	0.00
44	TM	Trichloroethene	50.000	50.831	-1.7	94	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	50.000	50.551	-1.1#	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX010920\
Data File : VX014519.D
Acq On : 09 Jan 2020 23:58
Operator : JC/SP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Jan 10 08:20:33 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X010720W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 07 15:54:41 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
46	T	Dibromomethane	50.000	47.065	5.9	90	0.00
47	T	Bromodichloromethane	50.000	51.316	-2.6	92	0.00
48	T	Methyl methacrylate	50.000	52.174	-4.3	91	0.00
49	T	1,4-Dioxane	1000.000	909.533	9.0	83	0.00
50	S	Toluene-d8	50.000	50.747	-1.5	94	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	250.000	256.644	-2.7	91	0.00
52	CM	Toluene	50.000	49.251	1.5#	90	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	50.000	48.443	3.1	87	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	50.000	49.532	0.9	87	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	50.000	49.107	1.8	91	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	50.000	51.973	-3.9	90	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	50.000	49.910	0.2	93	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	250.000	259.370	-3.7	92	0.00
59	T	2-Hexanone	250.000	243.532	2.6	86	0.00
60	T	Dibromochloromethane	50.000	51.453	-2.9	90	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	50.000	48.745	2.5	91	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	50.000	48.866	2.3	91	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	50.000	50.000	0.0	90	0.00
64	T	Tetrachloroethene	50.000	62.467	-24.9#	112	0.00
65	PM	Chlorobenzene	50.000	47.954	4.1	89	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	50.000	50.342	-0.7	91	0.00
67	C	Ethyl Benzene	50.000	49.609	0.8#	89	0.00
68	T	m/p-Xylenes	100.000	98.728	1.3	89	0.00
69	T	o-Xylene	50.000	50.358	-0.7	90	0.00
70	T	Styrene	50.000	50.039	-0.1	89	0.00
71	P	Bromoform	50.000	50.742	-1.5	88	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	50.000	50.000	0.0	89	0.00
73	T	Isopropylbenzene	50.000	50.873	-1.7	89	0.00
74	T	N-amyl acetate	50.000	52.817	-5.6	91	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	50.000	46.551	6.9	84	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	50.000	47.292	5.4	91	0.00
77	T	Bromobenzene	50.000	48.297	3.4	89	0.00
78	T	n-propylbenzene	50.000	50.666	-1.3	89	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	50.000	49.656	0.7	89	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	50.000	50.835	-1.7	88	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	50.000	48.926	2.1	82	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	50.000	48.837	2.3	89	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	50.000	45.835	8.3	82	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	50.000	51.109	-2.2	90	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	50.000	50.619	-1.2	89	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	50.000	50.071	-0.1	87	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	50.000	47.204	5.6	88	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	50.000	50.442	-0.9	87	0.00
89	T	n-Butylbenzene	50.000	47.524	5.0	85	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX010920\
Data File : VX014519.D
Acq On : 09 Jan 2020 23:58
Operator : JC/SP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Jan 10 08:20:33 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X010720W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 07 15:54:41 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
90 T	Hexachloroethane	50.000	50.702	-1.4	88	0.00
91 T	1,2-Dichlorobenzene	50.000	48.887	2.2	90	0.00
92 T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	50.000	50.100	-0.2	87	0.00
93 T	1,2,4-Trichlorobenzene	50.000	47.288	5.4	82	0.00
94 T	Hexachlorobutadiene	50.000	47.995	4.0	84	0.00
95 T	Naphthalene	50.000	46.397	7.2	84	0.00
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	50.000	48.840	2.3	85	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6