Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011121\
Data File : VX020567.D
Acq On : 11 Jan 2021 22:09
Operator : JC/MD
Sample : M1058-01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB-2021-WS-000-05

Quant Time: Jan 12 02:57:05 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X011121W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jan 11 15:05:37 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.629	168	183737	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.830	114	295840	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.092	117	305284	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.061	152	128621	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.025	65	112765	51.10	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 102.20%			
35) Dibromofluoromethane	5.464	113	100263	48.91	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 97.82%			
50) Toluene-d8	8.695	98	386313	52.67	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 105.34%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.122	95	129762	50.10	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 100.20%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.416	43	9881	9.31	ug/l	94
20) Methylene Chloride	2.837	84	8609	4.13	ug/l	94
43) Isopropyl Acetate	6.409	43	12099	3.18	ug/l	98
64) Tetrachloroethene	9.317	164	5253	1.91	ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011121\
Data File : VX020567.D
Acq On : 11 Jan 2021 22:09
Operator : JC/MD
Sample : M1058-01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB-2021-WS-000-05

Quant Time: Jan 12 02:57:05 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X011121W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jan 11 15:05:37 2021
Response via : Initial Calibration