Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011221\
Data File : VX020574.D
Acq On : 12 Jan 2021 13:04
Operator : JC/MD
Sample : M1083-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : TRIP

Quant Time: Jan 13 00:25:24 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X011121W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jan 11 15:05:37 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.629	168	180934	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.830	114	289529	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.092	117	265856	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.061	152	124853	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.031	65	110319	50.76	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 101.52%			
35) Dibromofluoromethane	5.464	113	98208	48.95	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 97.90%			
50) Toluene-d8	8.695	98	359275	50.05	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 100.10%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.122	95	120776	47.64	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 95.28%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011221\
Data File : VX020574.D
Acq On : 12 Jan 2021 13:04
Operator : JC/MD
Sample : M1083-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TRIP

Quant Time: Jan 13 00:25:24 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X011121W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jan 11 15:05:37 2021
Response via : Initial Calibration