Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011223\
Data File : VX033702.D
Acq On : 12 Jan 2023 10:46
Operator : JC/MD
Sample : VX0112WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0112WBL01

Quant Time: Jan 13 00:40:09 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jan 11 14:48:42 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	174011	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.757	114	245043	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	184620	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	90521	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	90496	49.393	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 98.780%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	75902	49.884	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 99.760%			
50) Toluene-d8	8.647	98	238596	43.037	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 86.080%#			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	85112	41.349	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 82.700%#			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011223\
Data File : VX033702.D
Acq On : 12 Jan 2023 10:46
Operator : JC/MD
Sample : VX0112WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0112WBL01

Quant Time: Jan 13 00:40:09 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jan 11 14:48:42 2023
Response via : Initial Calibration