Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011722\
Data File : VX026480.D
Acq On : 17 Jan 2022 10:27
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 18 00:39:42 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 11 14:45:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	96	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.590	0.566	4.1	91	0.00
3	P	Chloromethane	0.541	0.513	5.2	93	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.568	0.555	2.3#	91	0.00
5	T	Bromomethane	0.262	0.251	4.2	93	0.00
6	T	Chloroethane	0.287	0.268	6.6	90	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.897	0.858	4.3	88	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.317	0.307	3.2	89	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.547	0.548	-0.2	93	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.535	0.638	-19.3	107	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.097	0.083	14.4	78	0.01
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.522	0.514	1.5#	91	0.00
13	T	Acrolein	0.103	0.098	4.9	95	0.00
14	T	Allyl chloride	0.960	0.974	-1.5	93	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.299	0.302	-1.0	95	0.00
16	T	Acetone	0.356	0.380	-6.7	99	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.525	1.424	6.6	90	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.708	0.697	1.6	94	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.895	1.836	3.1	90	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.589	0.557	5.4	93	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.565	0.556	1.6	92	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.951	1.904	2.4	91	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.606	1.631	-1.6	91	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.053	1.033	1.9	91	0.00
25	T	2-Butanone	0.463	0.511	-10.4	101	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.781	0.813	-4.1	93	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.645	0.638	1.1	91	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.433	0.445	-2.8	94	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.275	0.285	-3.6	97	0.00
30	C	Chloroform	1.095	1.248	-14.0#	106	0.00
31	T	Cyclohexane	1.030	0.985	4.4	91	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.963	0.960	0.3	90	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.698	0.694	0.6	92	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	95	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.323	0.330	-2.2	92	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.510	0.508	0.4	91	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.516	0.530	-2.7	93	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.524	0.542	-3.4	92	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.615	0.631	-2.6	93	0.00
40	TM	Benzene	1.409	1.406	0.2	92	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.292	0.304	-4.1	94	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.551	0.545	1.1	90	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.833	0.863	-3.6	92	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.400	0.409	-2.2	93	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.352	0.357	-1.4#	92	0.00
46	T	Dibromomethane	0.248	0.255	-2.8	93	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.501	0.533	-6.4	94	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.413	0.432	-4.6	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011722\
Data File : VX026480.D
Acq On : 17 Jan 2022 10:27
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 18 00:39:42 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 11 14:45:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.007	0.007	0.0	98	0.00
50	S	Toluene-d8	1.164	1.205	-3.5	95	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.494	0.530	-7.3	97	0.00
52	CM	Toluene	0.864	0.883	-2.2#	93	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.470	0.532	-13.2	96	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.538	0.580	-7.8	92	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.337	0.347	-3.0	94	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.517	0.558	-7.9	94	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.585	0.605	-3.4	94	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.271	0.292	-7.7	96	0.00
59	T	2-Hexanone	0.378	0.439	-16.1	103	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.351	0.387	-10.3	96	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.351	0.370	-5.4	95	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.413	0.460	-11.4	101	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	97	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.472	0.485	-2.8	97	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.053	1.067	-1.3	96	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.391	0.407	-4.1	96	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.913	1.969	-2.9#	95	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.716	0.746	-4.2	96	0.00
69	T	o-Xylene	0.691	0.723	-4.6	97	0.00
70	T	Styrene	1.127	1.215	-7.8	97	0.00
71	P	Bromoform	0.267	0.305	-14.2	102	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	102	0.00
73	T	Isopropylbenzene	4.098	4.011	2.1	97	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.582	1.629	-3.0	96	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.100	1.099	0.1	99	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.101	1.132	-2.8	100	0.00
77	T	Bromobenzene	0.939	0.930	1.0	98	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.674	4.635	0.8	97	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.834	2.781	1.9	99	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.379	3.396	-0.5	99	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.312	0.350	-12.2	106	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.257	3.206	1.6	98	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.154	3.173	-0.6	98	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.380	3.385	-0.1	98	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	4.080	4.168	-2.2	99	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.423	3.568	-4.2	101	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.760	1.753	0.4	101	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.781	1.773	0.4	100	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.937	3.123	-6.3	102	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.509	0.560	-10.0	102	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.663	1.700	-2.2	100	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.266	0.282	-6.0	100	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.066	1.120	-5.1	102	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.450	0.482	-7.1	106	0.00
95	T	Naphthalene	3.557	3.788	-6.5	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011722\
Data File : VX026480.D
Acq On : 17 Jan 2022 10:27
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 18 00:39:42 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 11 14:45:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.049	1.120	-6.8	104	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6