Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011924\
Data File : VX039857.D
Acq On : 19 Jan 2024 22:46
Operator : JC/MD
Sample : PB158526TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 40 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB158526TB

Quant Time: Jan 20 03:53:44 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011024W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jan 11 03:51:26 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	83325	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	151877	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.049	117	146709	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	67712	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	65319	46.796	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 93.600%			
35) Dibromofluoromethane	5.379	113	50934	49.791	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 99.580%			
50) Toluene-d8	8.647	98	188807	48.937	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 97.880%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	72899	48.318	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 96.640%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.374	43	14037	17.882	ug/l	92
20) Methylene Chloride	2.788	84	3763	3.169	ug/l	93
25) 2-Butanone	4.568	43	6444	5.712	ug/l	95
37) Ethyl Acetate	4.721	43	2191	1.031	ug/l #	81
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	75234	24.143	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011924\
Data File : VX039857.D
Acq On : 19 Jan 2024 22:46
Operator : JC/MD
Sample : PB158526TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 40 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB158526TB

Quant Time: Jan 20 03:53:44 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011024W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jan 11 03:51:26 2024
Response via : Initial Calibration