Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011924\
Data File : VX039862.D
Acq On : 20 Jan 2024 00:39
Operator : JC/MD
Sample : PB158526ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB158526ZHE#05

Quant Time: Jan 20 03:55:50 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011024W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jan 11 03:51:26 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	79396	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.757	114	148211	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.049	117	149171	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.018	152	73631	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	65608	49.329	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 98.660%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	48508	48.592	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 97.180%			
50) Toluene-d8	8.647	98	184911	49.113	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 98.220%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	75608	51.354	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 102.700%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.374	43	18634	24.912	ug/l	95
20) Methylene Chloride	2.794	84	4080	3.606	ug/l	98
37) Ethyl Acetate	4.739	43	2424	1.169	ug/l #	85
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	79994	26.306	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX011924\
Data File : VX039862.D
Acq On : 20 Jan 2024 00:39
Operator : JC/MD
Sample : PB158526ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB158526ZHE#05

Quant Time: Jan 20 03:55:50 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011024W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jan 11 03:51:26 2024
Response via : Initial Calibration