Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX012021\
Data File : VX020675.D
Acq On : 20 Jan 2021 10:34
Operator : JC/SP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Jan 20 16:54:38 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X011921W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 19 14:09:08 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	107	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.690	0.805	-16.7	110	0.00
3	P	Chloromethane	0.688	0.718	-4.4	108	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.707	0.764	-8.1#	109	0.00
5	T	Bromomethane	0.329	0.260	21.0	81	0.00
6	T	Chloroethane	0.500	0.412	17.6	96	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	1.022	0.960	6.1	97	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.360	0.351	2.5	102	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.552	0.587	-6.3	111	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.740	0.798	-7.8	111	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.121	0.120	0.8	110	-0.02
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.536	0.568	-6.0#	112	0.00
13	T	Acrolein	0.070	0.086	-22.9	139	0.00
14	T	Allyl chloride	0.807	0.861	-6.7	112	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.301	0.314	-4.3	109	0.00
16	T	Acetone	0.265	0.295	-11.3	118	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.531	1.609	-5.1	110	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.603	0.622	-3.2	109	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.762	1.916	-8.7	111	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.644	0.645	-0.2	110	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.596	0.628	-5.4	112	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.612	1.768	-9.7	111	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.376	1.518	-10.3	109	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.049	1.095	-4.4	109	0.00
25	T	2-Butanone	0.388	0.420	-8.2	111	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.892	0.955	-7.1	112	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.674	0.704	-4.5	111	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.438	0.410	6.4	102	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.241	0.256	-6.2	107	-0.01
30	C	Chloroform	1.117	1.121	-0.4#	107	0.00
31	T	Cyclohexane	0.894	0.967	-8.2	112	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.982	1.001	-1.9	107	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.684	0.604	11.7	96	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	105	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.344	0.316	8.1	99	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.504	0.545	-8.1	111	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.464	0.491	-5.8	107	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.538	0.556	-3.3	107	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.574	0.650	-13.2	112	0.00
40	TM	Benzene	1.477	1.567	-6.1	110	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.250	0.265	-6.0	109	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.554	0.556	-0.4	105	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.717	0.776	-8.2	109	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.402	0.433	-7.7	111	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.371	0.398	-7.3#	110	0.00
46	T	Dibromomethane	0.269	0.276	-2.6	106	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.540	0.565	-4.6	108	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.355	0.394	-11.0	110	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX012021\
Data File : VX020675.D
Acq On : 20 Jan 2021 10:34
Operator : JC/SP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Jan 20 16:54:38 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X011921W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 19 14:09:08 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.008	0.009	-12.5	108	-0.02
50	S	Toluene-d8	1.242	1.165	6.2	100	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.449	0.486	-8.2	107	0.00
52	CM	Toluene	0.908	0.985	-8.5#	110	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.552	0.622	-12.7	112	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.609	0.673	-10.5	110	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.384	0.392	-2.1	107	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.501	0.591	-18.0	114	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.634	0.675	-6.5	109	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.274	0.286	-4.4	109	0.00
59	T	2-Hexanone	0.336	0.387	-15.2	111	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.414	0.437	-5.6	108	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.395	0.423	-7.1	109	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.469	0.457	2.6	103	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	101	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.398	0.432	-8.5	112	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.081	1.168	-8.0	110	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.407	0.444	-9.1	110	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.835	2.108	-14.9#	110	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.682	0.806	-18.2	112	0.00
69	T	o-Xylene	0.655	0.759	-15.9	110	0.00
70	T	Styrene	1.086	1.296	-19.3	111	0.00
71	P	Bromoform	0.317	0.362	-14.2	113	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	106	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.551	3.981	-12.1	109	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.254	1.475	-17.6	114	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.267	1.321	-4.3	110	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.200	1.288	-7.3	109	0.00
77	T	Bromobenzene	0.908	0.999	-10.0	111	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.066	4.628	-13.8	110	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.504	2.784	-11.2	109	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	2.969	3.455	-16.4	110	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.415	0.458	-10.4	113	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.958	3.311	-11.9	111	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.884	3.263	-13.1	110	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.009	3.432	-14.1	109	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.339	3.786	-13.4	110	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.089	3.571	-15.6	110	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.671	1.863	-11.5	111	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.691	1.829	-8.2	111	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.706	3.178	-17.4	111	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.560	0.600	-7.1	107	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.630	1.770	-8.6	111	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.283	0.289	-2.1	103	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.033	1.159	-12.2	109	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.496	0.547	-10.3	117	0.00
95	T	Naphthalene	3.138	3.729	-18.8	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX012021\
Data File : VX020675.D
Acq On : 20 Jan 2021 10:34
Operator : JC/SP
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 20 16:54:38 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X011921W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 19 14:09:08 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.031	1.166	-13.1	108	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6