Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX012323\
Data File : VX033856.D
Acq On : 23 Jan 2023 17:52
Operator : JC/MD
Sample : 01251-10
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 22 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TCLP-2

Quant Time: Jan 24 00:45:27 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jan 11 14:48:42 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	163652	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	241648	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	210422	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	98171	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	81029	47.025	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 94.060%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	73960	49.290	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 98.580%			
50) Toluene-d8	8.647	98	276803	50.630	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 101.260%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	92282	45.463	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 90.920%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.392	43	14186	10.801	ug/l	94
18) Methyl Acetate	2.709	43	3247	1.350	ug/l	98
20) Methylene Chloride	2.794	84	8475	3.318	ug/l	96
37) Ethyl Acetate	4.714	43	19544	6.889	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	88378	25.563	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX012323\
Data File : VX033856.D
Acq On : 23 Jan 2023 17:52
Operator : JC/MD
Sample : 01251-10
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 22 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TCLP-2

Quant Time: Jan 24 00:45:27 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jan 11 14:48:42 2023
Response via : Initial Calibration