Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX012522\
Data File : VX026573.D
Acq On : 25 Jan 2022 16:45
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 26 06:14:48 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 11 14:45:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	93	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.590	0.460	22.0	71	0.00
3	P	Chloromethane	0.541	0.439	18.9	77	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.568	0.479	15.7#	76	0.00
5	T	Bromomethane	0.262	0.202	22.9	72	0.00
6	T	Chloroethane	0.287	0.280	2.4	90	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.897	0.752	16.2	75	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.317	0.279	12.0	78	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.547	0.490	10.4	80	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.535	0.648	-21.1	105	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.097	0.100	-3.1	90	-0.02
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.522	0.467	10.5#	80	0.00
13	T	Acrolein	0.103	0.110	-6.8	103	0.00
14	T	Allyl chloride	0.960	0.890	7.3	81	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.299	0.297	0.7	90	0.00
16	T	Acetone	0.356	0.287	19.4	72	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.525	1.217	20.2	74	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.708	0.694	2.0	91	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.895	1.735	8.4	82	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.589	0.526	10.7	85	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.565	0.507	10.3	81	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.951	1.788	8.4	82	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.606	1.544	3.9	83	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.053	0.970	7.9	82	0.00
25	T	2-Butanone	0.463	0.430	7.1	82	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.781	0.717	8.2	79	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.645	0.613	5.0	84	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.433	0.443	-2.3	90	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.275	0.276	-0.4	91	0.00
30	C	Chloroform	1.095	0.993	9.3#	81	0.00
31	T	Cyclohexane	1.030	0.882	14.4	78	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.963	0.882	8.4	80	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.698	0.649	7.0	83	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	93	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.323	0.317	1.9	86	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.510	0.454	11.0	80	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.516	0.509	1.4	88	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.524	0.476	9.2	78	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.615	0.551	10.4	79	0.00
40	TM	Benzene	1.409	1.303	7.5	83	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.292	0.294	-0.7	89	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.551	0.487	11.6	79	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.833	0.809	2.9	84	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.400	0.378	5.5	83	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.352	0.335	4.8#	84	0.00
46	T	Dibromomethane	0.248	0.232	6.5	83	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.501	0.471	6.0	81	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.413	0.404	2.2	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX012522\
Data File : VX026573.D
Acq On : 25 Jan 2022 16:45
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 26 06:14:48 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 11 14:45:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.007	0.007	0.0	91	-0.01
50	S	Toluene-d8	1.164	1.133	2.7	87	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.494	0.497	-0.6	89	0.00
52	CM	Toluene	0.864	0.813	5.9#	84	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.470	0.471	-0.2	83	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.538	0.529	1.7	82	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.337	0.325	3.6	86	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.517	0.519	-0.4	85	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.585	0.559	4.4	85	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.271	0.266	1.8	86	0.00
59	T	2-Hexanone	0.378	0.369	2.4	84	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.351	0.346	1.4	83	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.351	0.342	2.6	86	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.413	0.409	1.0	88	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	93	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.472	0.444	5.9	85	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.053	0.974	7.5	85	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.391	0.376	3.8	86	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.913	1.787	6.6#	83	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.716	0.676	5.6	84	0.00
69	T	o-Xylene	0.691	0.659	4.6	85	0.00
70	T	Styrene	1.127	1.091	3.2	84	0.00
71	P	Bromoform	0.267	0.268	-0.4	86	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	92	0.00
73	T	Isopropylbenzene	4.098	3.784	7.7	83	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.582	1.550	2.0	83	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.100	1.061	3.5	87	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.101	1.077	2.2	87	0.00
77	T	Bromobenzene	0.939	0.881	6.2	84	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.674	4.346	7.0	83	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.834	2.603	8.2	84	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.379	3.156	6.6	84	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.312	0.329	-5.4	91	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.257	2.936	9.9	82	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.154	2.970	5.8	83	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.380	3.118	7.8	82	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	4.080	3.902	4.4	84	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.423	3.269	4.5	84	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.760	1.627	7.6	85	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.781	1.629	8.5	83	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.937	2.802	4.6	83	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.509	0.513	-0.8	85	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.663	1.590	4.4	85	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.266	0.269	-1.1	86	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.066	1.025	3.8	85	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.450	0.422	6.2	85	0.00
95	T	Naphthalene	3.557	3.651	-2.6	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX012522\
Data File : VX026573.D
Acq On : 25 Jan 2022 16:45
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 26 06:14:48 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X011122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 11 14:45:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.049	1.045	0.4	89	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6