Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX020321\
Data File : VX020846.D
Acq On : 03 Feb 2021 17:27
Operator : JC/SP
Sample : M1289-16
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : 152140-DDC-8-PD

Quant Time: Feb 04 02:25:13 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X012521W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jan 25 13:38:15 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.629	168	269613	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.830	114	455626	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.092	117	440189	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.061	152	188466	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.031	65	184610	50.20	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 100.40%			
35) Dibromofluoromethane	5.464	113	157279	50.40	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 100.80%			
50) Toluene-d8	8.695	98	566213	49.49	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 98.98%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.122	95	193775	43.61	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 87.22%			
Target Compounds						Qvalue
27) cis-1,2-Dichloroethene	4.568	96	3785	1.07	ug/l	93
30) Chloroform	5.178	83	2067	0.35	ug/l	91
44) Trichloroethene	7.171	130	1135	0.32	ug/l	76
64) Tetrachloroethene	9.317	164	708	0.21	ug/l #	89

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX020321\
Data File : VX020846.D
Acq On : 03 Feb 2021 17:27
Operator : JC/SP
Sample : M1289-16
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
152140-DDC-8-PD

Quant Time: Feb 04 02:25:13 2021
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X012521W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jan 25 13:38:15 2021
Response via : Initial Calibration