Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX020922\
Data File : VX026902.D
Acq On : 10 Feb 2022 05:15
Operator : JC/MD
Sample : N1447-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 44 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-139A

Quant Time: Feb 10 07:30:22 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X020822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Feb 08 07:07:46 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	128012	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	218327	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	198160	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	85992	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	84979	55.301	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 110.600%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	69024	53.065	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 106.120%			
50) Toluene-d8	8.653	98	255445	53.500	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 107.000%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	96712	57.532	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 115.060%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	1850	2.741	ug/l	96
19) Methyl tert-butyl Ether	3.117	73	5535	1.194	ug/l	98
30) Chloroform	5.099	83	1250	0.476	ug/l	95
40) Benzene	6.044	78	6079	1.016	ug/l	93
42) 1,2-Dichloroethane	6.092	62	1189	0.564	ug/l	85

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX020922\
Data File : VX026902.D
Acq On : 10 Feb 2022 05:15
Operator : JC/MD
Sample : N1447-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 44 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-139A

Quant Time: Feb 10 07:30:22 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X020822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Feb 08 07:07:46 2022
Response via : Initial Calibration