Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX021223\
Data File : VX034108.D
Acq On : 10 Feb 2023 12:17
Operator : JC/MD
Sample : VX0212WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0212WBL01

Quant Time: Feb 10 13:16:43 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X020423W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 03 23:25:45 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	106807	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.757	114	145277	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	129110	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	62833	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	52236	50.731	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 101.460%			
35) Dibromofluoromethane	5.379	113	46711	50.521	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 101.040%			
50) Toluene-d8	8.647	98	166282	49.916	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 99.840%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	56679	47.639	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 95.280%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX021223\
Data File : VX034108.D
Acq On : 10 Feb 2023 12:17
Operator : JC/MD
Sample : VX0212WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0212WBL01

Quant Time: Feb 10 13:16:43 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X020423W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 03 23:25:45 2023
Response via : Initial Calibration