Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX021622\
Data File : VX027033.D
Acq On : 15 Feb 2022 16:20
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Feb 16 04:05:30 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X020822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Feb 08 07:07:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	90	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.544	0.514	5.5	86	0.00
3	P	Chloromethane	0.506	0.480	5.1	89	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.529	0.479	9.5#	83	0.00
5	T	Bromomethane	0.225	0.187	16.9	82	0.00
6	T	Chloroethane	0.281	0.288	-2.5	85	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.779	0.732	6.0	85	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.289	0.260	10.0	85	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.511	0.502	1.8	90	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.656	0.603	8.1	81	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.108	0.084	22.2	73	-0.01
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.512	0.459	10.4#	83	0.00
13	T	Acrolein	0.100	0.092	8.0	85	0.00
14	T	Allyl chloride	0.906	0.838	7.5	85	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.311	0.284	8.7	84	0.00
16	T	Acetone	0.264	0.252	4.5	92	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.449	1.160	19.9	75	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.758	0.651	14.1	82	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.811	1.626	10.2	84	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.571	0.530	7.2	89	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.538	0.508	5.6	86	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.825	1.705	6.6	86	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.534	1.434	6.5	84	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.987	0.931	5.7	87	0.00
25	T	2-Butanone	0.425	0.394	7.3	85	-0.01
26	T	2,2-Dichloropropane	0.667	0.669	-0.3	89	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.618	0.597	3.4	88	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.409	0.412	-0.7	93	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.289	0.256	11.4	82	0.00
30	C	Chloroform	1.026	0.956	6.8#	88	0.00
31	T	Cyclohexane	0.954	0.871	8.7	84	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.905	0.836	7.6	84	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.600	0.606	-1.0	98	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	88	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.298	0.300	-0.7	97	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.470	0.445	5.3	87	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.534	0.476	10.9	82	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.493	0.457	7.3	85	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.576	0.556	3.5	87	0.00
40	TM	Benzene	1.370	1.292	5.7	86	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.289	0.269	6.9	84	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.483	0.469	2.9	88	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.822	0.749	8.9	81	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.411	0.384	6.6	85	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.347	0.331	4.6#	87	0.00
46	T	Dibromomethane	0.240	0.230	4.2	87	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.459	0.458	0.2	88	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.407	0.378	7.1	84	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX021622\
Data File : VX027033.D
Acq On : 15 Feb 2022 16:20
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Feb 16 04:05:30 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X020822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Feb 08 07:07:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.007	0.006	14.3	76	-0.01
50	S	Toluene-d8	1.093	1.125	-2.9	99	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.498	0.481	3.4	88	0.00
52	CM	Toluene	0.867	0.824	5.0#	88	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.446	0.455	-2.0	87	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.507	0.521	-2.8	88	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.328	0.335	-2.1	92	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.520	0.513	1.3	88	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.564	0.567	-0.5	90	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.267	0.243	9.0	77	0.00
59	T	2-Hexanone	0.364	0.353	3.0	88	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.338	0.347	-2.7	89	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.347	0.347	0.0	90	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.385	0.426	-10.6	107	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	95	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.502	0.446	11.2	83	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.034	0.985	4.7	93	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.380	0.356	6.3	90	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.830	1.760	3.8#	92	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.704	0.682	3.1	94	0.00
69	T	o-Xylene	0.690	0.663	3.9	93	0.00
70	T	Styrene	1.119	1.121	-0.2	96	0.00
71	P	Bromoform	0.263	0.259	1.5	92	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.938	3.705	5.9	94	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.574	1.402	10.9	88	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.069	0.976	8.7	97	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.095	1.018	7.0	95	0.00
77	T	Bromobenzene	0.936	0.883	5.7	97	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.366	4.274	2.1	98	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.698	2.529	6.3	97	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.241	3.073	5.2	96	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.317	0.295	6.9	90	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.026	2.892	4.4	97	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.089	2.868	7.2	95	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.269	3.090	5.5	97	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.916	3.834	2.1	99	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.318	3.258	1.8	99	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.715	1.648	3.9	99	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.730	1.638	5.3	98	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.714	2.774	-2.2	102	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.479	0.493	-2.9	101	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.655	1.566	5.4	96	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.263	0.231	12.2	85	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.045	1.034	1.1	99	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.442	0.430	2.7	98	0.00
95	T	Naphthalene	3.659	3.426	6.4	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX021622\
Data File : VX027033.D
Acq On : 15 Feb 2022 16:20
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Feb 16 04:05:30 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X020822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Feb 08 07:07:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.058	1.000	5.5	95	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6