Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX022323\
Data File : VX034249.D
Acq On : 23 Feb 2023 15:26
Operator : JC/MD
Sample : 01666-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-VPB-RW10-EB-20230221

Quant Time: Feb 23 21:45:40 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X021723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 17 12:33:35 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	284620	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	469453	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	410660	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	183100	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	165662	43.218	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 86.440%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	145084	47.466	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 94.940%			
50) Toluene-d8	8.646	98	555846	50.650	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 101.300%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	190793	45.452	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 90.900%			
Target Compounds						Qvalue
3) Chloromethane	1.294	50	2263	0.639	ug/l	89
11) Tert butyl alcohol	2.952	59	14702	17.148	ug/l #	82
16) Acetone	2.379	43	20728	10.483	ug/l	91
52) Toluene	8.720	92	2044	0.252	ug/l	100

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX022323\
Data File : VX034249.D
Acq On : 23 Feb 2023 15:26
Operator : JC/MD
Sample : 01666-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-VPB-RW10-EB-20230221

Quant Time: Feb 23 21:45:40 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X021723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 17 12:33:35 2023
Response via : Initial Calibration