Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX022324\
Data File : VX040432.D
Acq On : 23 Feb 2024 15:23
Operator : JC/MD
Sample : PB159217ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB159217ZHE#02

Quant Time: Feb 23 22:20:09 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022224W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 23 06:47:29 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	70521	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	127619	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	124922	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	60835	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	56854	49.503	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 99.000%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	42408	49.312	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 98.620%			
50) Toluene-d8	8.647	98	160620	51.706	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 103.420%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	63076	50.672	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 101.340%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.379	43	20941	43.760	ug/l	96
20) Methylene Chloride	2.788	84	5547	5.536	ug/l	93
37) Ethyl Acetate	4.733	43	2332	1.534	ug/l #	81
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	77321	33.139	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX022324\
Data File : VX040432.D
Acq On : 23 Feb 2024 15:23
Operator : JC/MD
Sample : PB159217ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB159217ZHE#02

Quant Time: Feb 23 22:20:09 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022224W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 23 06:47:29 2024
Response via : Initial Calibration