Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX022820\
Data File : VX015056.D
Acq On : 28 Feb 2020 12:11
Operator : JC/SP
Sample : L1691-01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : OF-1

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
3/2/2020 11:09:36 AM

Quant Time: Mar 02 11:07:11 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\624X022120W.M
Quant Title : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
QLast Update : Sat Feb 22 00:37:56 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Bromochloromethane	5.01	128	67857	30.00	ug/l	0.00
28) 1,4-Difluorobenzene	6.86	114	360768	30.00	ug/l	0.00
57) Chlorobenzene-d5	10.11	117	328583	30.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
27) 1,2-Dichloroethane-d4	6.05	65	139930	29.66	ug/l	0.00
Spiked Amount 30.000	Range 50 - 169		Recovery = 98.87%			
60) 4-Bromofluorobenzene	11.13	95	147074	28.74	ug/l	0.00
Spiked Amount 30.000	Range 56 - 143		Recovery = 95.80%			
63) Toluene-d8	8.71	98	426273	29.75	ug/l	0.00
Spiked Amount 30.000	Range 66 - 137		Recovery = 99.17%			
Target Compounds						Qvalue
15) Acetone	2.43	58	11838	16.501	ug/l	96
58) 4-Methyl-2-Pentanone	8.64	43	32993	6.127	ug/l	96
64) Chlorobenzene	10.14	112	5135m	0.478	ug/l	

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX022820\
Data File : VX015056.D
Acq On : 28 Feb 2020 12:11
Operator : JC/SP
Sample : L1691-01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Mar 02 11:07:11 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\624X022120W.M
Quant Title : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
QLast Update : Sat Feb 22 00:37:56 2020
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
OF-1

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
3/2/2020 11:09:36 AM