Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030123\
Data File : VX034290.D
Acq On : 01 Mar 2023 14:07
Operator : JC/MD
Sample : 01740-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TCLP-VOC-4-SAMPLE-4

Quant Time: Mar 02 00:42:56 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X021723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 17 12:33:35 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	269647	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	447462	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	405688	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	180945	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	161910	44.585	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 89.160%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	139039	47.724	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 95.440%			
50) Toluene-d8	8.647	98	535141	51.160	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 102.320%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	188643	47.148	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 94.300%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.380	43	59315	31.663	ug/l	92
20) Methylene Chloride	2.788	84	9178	2.719	ug/l	94
37) Ethyl Acetate	4.714	43	76616	15.911	ug/l	99
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	311822	36.696	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030123\
Data File : VX034290.D
Acq On : 01 Mar 2023 14:07
Operator : JC/MD
Sample : 01740-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TCLP-VOC-4-SAMPLE-4

Quant Time: Mar 02 00:42:56 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X021723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 17 12:33:35 2023
Response via : Initial Calibration