Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030721\
Data File : VX021030.D
Acq On : 05 Mar 2021 13:39
Operator : JC/MD
Sample : M1584-05
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : BP-TT-VPB-RW6-EB-20210302

Quant Time: Mar 05 23:57:48 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Feb 24 13:50:55 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.635	168	223065	50.00	ug/l	0.01
34) 1,4-Difluorobenzene	6.835	114	404169	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.094	117	392842	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.059	152	168101	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.029	65	144918	48.10	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 96.20%			
35) Dibromofluoromethane	5.464	113	125997	51.31	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 102.62%			
50) Toluene-d8	8.694	98	502633	52.50	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 105.00%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.118	95	187108	52.85	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 105.70%			
Target Compounds						Qvalue
11) Tert butyl alcohol	3.005	59	4183	6.23	ug/l	98
16) Acetone	2.417	43	14806	11.93	ug/l	94
25) 2-Butanone	4.640	43	2800	1.48	ug/l	99
29) Tetrahydrofuran	5.093	42	1374	1.14	ug/l	94

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030721\
Data File : VX021030.D
Acq On : 05 Mar 2021 13:39
Operator : JC/MD
Sample : M1584-05
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-VPB-RW6-EB-20210302

Quant Time: Mar 05 23:57:48 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Feb 24 13:50:55 2021
Response via : Initial Calibration