Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030821\
Data File : VX021084.D
Acq On : 09 Mar 2021 00:44
Operator : JC/MD
Sample : PB135028ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB135028ZHE#02

Quant Time: Mar 09 04:23:46 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Feb 24 13:50:55 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.629	168	224709	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.835	114	409050	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.094	117	420075	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.059	152	184586	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.029	65	149521	49.26	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 98.52%			
35) Dibromofluoromethane	5.464	113	131889	53.07	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 106.14%			
50) Toluene-d8	8.694	98	524944	54.17	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 108.34%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.118	95	202227	56.44	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 112.88%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.417	43	52312	41.83	ug/l	99
20) Methylene Chloride	2.834	84	16603	5.53	ug/l	97
25) 2-Butanone	4.635	43	10837	5.70	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	6.405	43	21118	3.36	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030821\
Data File : VX021084.D
Acq On : 09 Mar 2021 00:44
Operator : JC/MD
Sample : PB135028ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB135028ZHE#02

Quant Time: Mar 09 04:23:46 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Feb 24 13:50:55 2021
Response via : Initial Calibration