Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030921\
Data File : VX021123.D
Acq On : 09 Mar 2021 21:02
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Mar 10 00:35:46 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Feb 24 13:50:55 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	116	0.01
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.541	0.463	14.4	97	0.00
3	P	Chloromethane	0.601	0.583	3.0	111	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.692	0.667	3.6#	110	0.00
5	T	Bromomethane	0.249	0.234	6.0	123	0.00
6	T	Chloroethane	0.433	0.440	-1.6	116	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.873	0.842	3.6	112	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.405	0.394	2.7	114	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.538	0.497	7.6	106	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.723	0.654	9.5	98	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.150	0.119	20.7	89	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.560	0.512	8.6#	105	0.00
13	T	Acrolein	0.093	0.082	11.8	105	0.00
14	T	Allyl chloride	0.914	0.828	9.4	103	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.321	0.302	5.9	107	0.00
16	T	Acetone	0.278	0.234	15.8	101	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.594	1.389	12.9	100	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.658	0.641	2.6	110	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.999	1.891	5.4	107	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.668	0.629	5.8	113	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.629	0.585	7.0	108	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.839	1.763	4.1	110	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.572	1.456	7.4	104	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.083	1.059	2.2	113	0.00
25	T	2-Butanone	0.423	0.380	10.2	103	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.984	0.783	20.4	91	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.724	0.689	4.8	110	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.463	0.463	0.0	116	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.271	0.246	9.2	104	0.00
30	C	Chloroform	1.091	1.070	1.9#	112	0.00
31	T	Cyclohexane	0.978	0.899	8.1	105	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.950	0.916	3.6	111	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.675	0.654	3.1	112	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	107	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.304	0.323	-6.3	114	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.475	0.482	-1.5	109	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.452	0.443	2.0	103	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.460	0.455	1.1	109	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.596	0.580	2.7	106	0.00
40	TM	Benzene	1.424	1.473	-3.4	111	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.254	0.254	0.0	105	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.474	0.508	-7.2	113	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.769	0.748	2.7	103	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.375	0.409	-9.1	117	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.357	0.381	-6.7#	114	0.00
46	T	Dibromomethane	0.240	0.255	-6.3	113	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.501	0.533	-6.4	114	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.386	0.396	-2.6	108	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030921\
Data File : VX021123.D
Acq On : 09 Mar 2021 21:02
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Mar 10 00:35:46 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Feb 24 13:50:55 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.009	0.009	0.0	102	0.00
50	S	Toluene-d8	1.185	1.270	-7.2	116	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.448	0.460	-2.7	108	0.00
52	CM	Toluene	0.887	0.953	-7.4#	114	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.561	0.580	-3.4	107	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.615	0.633	-2.9	109	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.351	0.398	-13.4	120	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.567	0.589	-3.9	109	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.601	0.658	-9.5	115	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.277	0.309	-11.6	113	0.00
59	T	2-Hexanone	0.336	0.337	-0.3	105	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.370	0.414	-11.9	115	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.367	0.403	-9.8	117	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.438	0.453	-3.4	108	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	115	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.361	0.405	-12.2	128	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.053	1.116	-6.0	119	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.388	0.401	-3.4	114	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.909	1.961	-2.7#	116	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.703	0.745	-6.0	120	0.00
69	T	o-Xylene	0.686	0.723	-5.4	117	0.00
70	T	Styrene	1.176	1.225	-4.2	116	0.00
71	P	Bromoform	0.300	0.319	-6.3	121	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	118	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.949	3.954	-0.1	120	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.599	1.442	9.8	104	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.273	1.207	5.2	112	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.076	1.047	2.7	113	0.00
77	T	Bromobenzene	0.919	0.974	-6.0	123	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.504	4.435	1.5	115	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.729	2.659	2.6	116	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.286	3.273	0.4	115	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.486	0.405	16.7	96	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.145	3.060	2.7	114	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.197	3.037	5.0	114	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.336	3.273	1.9	114	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.768	3.769	-0.0	115	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.453	3.275	5.2	111	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.645	1.688	-2.6	121	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.676	1.754	-4.7	124	0.00
89	T	n-Butylbenzene	3.083	2.897	6.0	109	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.659	0.612	7.1	108	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.606	1.616	-0.6	114	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.292	0.265	9.2	106	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.030	1.046	-1.6	115	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.413	0.379	8.2	109	0.00
95	T	Naphthalene	3.667	3.584	2.3	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030921\
Data File : VX021123.D
Acq On : 09 Mar 2021 21:02
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 10 00:35:46 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X022421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Feb 24 13:50:55 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.023	1.025	-0.2	115	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6