Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030922\
Data File : VX027365.D
Acq On : 09 Mar 2022 21:21
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 10 00:37:33 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X030822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Mar 08 15:54:34 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	94	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.513	0.473	7.8	88	0.00
3	P	Chloromethane	0.539	0.459	14.8	87	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.554	0.485	12.5#	86	0.00
5	T	Bromomethane	0.243	0.207	14.8	87	0.00
6	T	Chloroethane	0.346	0.289	16.5	90	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.771	0.689	10.6	90	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.301	0.263	12.6	87	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.504	0.455	9.7	91	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.712	0.717	-0.7	94	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.114	0.103	9.6	88	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.485	0.456	6.0#	92	0.00
13	T	Acrolein	0.080	0.077	3.8	101	0.00
14	T	Allyl chloride	0.760	0.663	12.8	85	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.301	0.268	11.0	87	0.00
16	T	Acetone	0.256	0.202	21.1	84	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.317	1.135	13.8	88	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.641	0.551	14.0	85	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.606	1.470	8.5	90	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.570	0.512	10.2	91	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.539	0.491	8.9	92	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.520	1.382	9.1	88	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.272	1.165	8.4	87	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.923	0.836	9.4	89	0.00
25	T	2-Butanone	0.402	0.346	13.9	85	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.662	0.539	18.6	79	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.625	0.577	7.7	92	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.384	0.341	11.2	88	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.266	0.230	13.5	85	0.00
30	C	Chloroform	0.974	0.888	8.8#	90	0.00
31	T	Cyclohexane	0.816	0.748	8.3	88	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.833	0.776	6.8	90	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.583	0.532	8.7	90	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	94	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.323	0.318	1.5	94	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.448	0.411	8.3	89	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.472	0.415	12.1	85	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.463	0.443	4.3	91	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.566	0.527	6.9	90	0.00
40	TM	Benzene	1.364	1.266	7.2	91	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.255	0.232	9.0	86	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.446	0.412	7.6	88	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.712	0.644	9.6	86	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.375	0.363	3.2	95	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.342	0.317	7.3#	88	0.00
46	T	Dibromomethane	0.243	0.232	4.5	91	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.449	0.434	3.3	91	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.354	0.325	8.2	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030922\
Data File : VX027365.D
Acq On : 09 Mar 2022 21:21
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 10 00:37:33 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X030822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Mar 08 15:54:34 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.009	0.009	0.0	96	0.00
50	S	Toluene-d8	1.218	1.203	1.2	94	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.477	0.433	9.2	85	0.00
52	CM	Toluene	0.870	0.839	3.6#	92	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.461	0.447	3.0	89	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.517	0.499	3.5	89	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.363	0.349	3.9	92	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.535	0.524	2.1	91	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.586	0.553	5.6	91	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.270	0.253	6.3	87	0.00
59	T	2-Hexanone	0.368	0.333	9.5	84	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.370	0.369	0.3	93	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.375	0.372	0.8	94	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.464	0.457	1.5	94	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	94	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.350	0.332	5.1	95	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.052	1.010	4.0	94	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.368	0.365	0.8	96	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.814	1.740	4.1#	92	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.712	0.692	2.8	94	0.00
69	T	o-Xylene	0.703	0.689	2.0	94	0.00
70	T	Styrene	1.166	1.152	1.2	93	0.00
71	P	Bromoform	0.300	0.303	-1.0	94	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	94	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.657	3.525	3.6	93	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.337	1.224	8.5	85	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.257	1.150	8.5	90	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.097	1.003	8.6	87	0.00
77	T	Bromobenzene	0.923	0.912	1.2	96	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.113	3.964	3.6	90	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.571	2.401	6.6	91	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.135	2.992	4.6	91	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.339	0.311	8.3	84	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.908	2.740	5.8	90	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.134	3.048	2.7	93	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.109	2.988	3.9	91	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.780	3.664	3.1	92	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.200	3.120	2.5	91	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.734	1.658	4.4	93	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.755	1.666	5.1	94	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.680	2.530	5.6	87	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.499	0.489	2.0	93	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.709	1.637	4.2	94	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.263	0.255	3.0	92	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.122	1.103	1.7	95	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.492	0.466	5.3	93	0.00
95	T	Naphthalene	3.767	3.805	-1.0	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030922\
Data File : VX027365.D
Acq On : 09 Mar 2022 21:21
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 10 00:37:33 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X030822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Mar 08 15:54:34 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.121	1.119	0.2	96	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6