Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX031320\
Data File : VX015258.D
Acq On : 13 Mar 2020 14:35
Operator : JC/SP
Sample : L1903-15
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : RE131D3-20200309

Quant Time: Mar 16 09:15:24 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X030420W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 04 14:19:10 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.65	168	271460	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.85	114	426869	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.11	117	417533	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.07	152	216770	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.05	65	151892	47.16	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 94.32%			
35) Dibromofluoromethane	5.49	113	132143	49.07	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.14%			
50) Toluene-d8	8.71	98	525566	51.31	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 102.62%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.13	95	196055	53.66	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 107.32%			
Target Compounds						Qvalue
9) 1,1,2-Trichlorotrifluoroet	2.38	101	632157	247.317	ug/l	98
12) 1,1-Dichloroethene	2.37	96	4040	1.531	ug/l #	80
27) cis-1,2-Dichloroethene	4.59	96	2263	0.716	ug/l	80
44) Trichloroethene	7.21	130	57776	17.720	ug/l	98
64) Tetrachloroethene	9.33	164	19304	5.592	ug/l	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX031320\
Data File : VX015258.D
Acq On : 13 Mar 2020 14:35
Operator : JC/SP
Sample : L1903-15
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
RE131D3-20200309

Quant Time: Mar 16 09:15:24 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X030420W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 04 14:19:10 2020
Response via : Initial Calibration