Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX032023\
Data File : VX034638.D
Acq On : 20 Mar 2023 19:17
Operator : JC/MD
Sample : 01954-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
SV-TP2-0316

Quant Time: Mar 21 01:47:01 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 13 10:29:32 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	276702	50.000	ug/l	0.01
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	473121	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	427722	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	198478	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	206501	51.299	ug/l	0.01
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 102.600%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	148255	47.460	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 94.920%			
50) Toluene-d8	8.647	98	572755	49.116	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 98.240%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	237674	50.459	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 100.920%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.380	43	40228	21.215	ug/l	96
20) Methylene Chloride	2.788	84	23889	6.491	ug/l	95
37) Ethyl Acetate	4.715	43	74011	14.120	ug/l	99
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	290997	32.771	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX032023\
Data File : VX034638.D
Acq On : 20 Mar 2023 19:17
Operator : JC/MD
Sample : 01954-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
SV-TP2-0316

Quant Time: Mar 21 01:47:01 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 13 10:29:32 2023
Response via : Initial Calibration