Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX032124\
Data File : VX040764.D
Acq On : 21 Mar 2024 23:29
Operator : JC/MD
Sample : PB159677ZHE#15
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB159677ZHE#15

Quant Time: Mar 22 03:04:38 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X032124W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 22 02:41:46 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	41979	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	75181	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	66787	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	38081	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	34951	49.516	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery =	99.040%		
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	25651	45.598	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery =	91.200%		
50) Toluene-d8	8.647	98	95518	49.589	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery =	99.180%		
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	33754	44.354	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery =	88.700%		
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.374	43	26828	107.304	ug/l	97
20) Methylene Chloride	2.788	84	2080	3.806	ug/l	93
25) 2-Butanone	4.562	43	2975	7.597	ug/l #	88
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	39871	26.995	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX032124\
Data File : VX040764.D
Acq On : 21 Mar 2024 23:29
Operator : JC/MD
Sample : PB159677ZHE#15
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB159677ZHE#15

Quant Time: Mar 22 03:04:38 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X032124W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 22 02:41:46 2024
Response via : Initial Calibration