Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX032223\
Data File : VX034681.D
Acq On : 22 Mar 2023 18:44
Operator : JC/MD
Sample : 02023-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TP-11-TEST-PIT-ON-CENTRAL

Quant Time: Mar 23 07:56:17 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 13 10:29:32 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	330638	50.000	ug/l	0.01
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	567151	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	507544	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	234576	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	252471	52.488	ug/l	0.01
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 104.980%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	174323	46.553	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 93.100%			
50) Toluene-d8	8.647	98	663694	47.478	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 94.960%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	258830	45.840	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 91.680%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.380	43	66606	29.396	ug/l	96
20) Methylene Chloride	2.788	84	13005	2.957	ug/l	96
37) Ethyl Acetate	4.715	43	62463	9.941	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	255013	23.958	ug/l	100

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX032223\
Data File : VX034681.D
Acq On : 22 Mar 2023 18:44
Operator : JC/MD
Sample : 02023-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TP-11-TEST-PIT-ON-CENTRAL

Quant Time: Mar 23 07:56:17 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 13 10:29:32 2023
Response via : Initial Calibration