Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX033121\
Data File : VX021696.D
Acq On : 31 Mar 2021 19:21
Operator : JC/MD
Sample : PB135444ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB135444ZHE#02

Quant Time: Apr 01 03:30:14 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X032421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 24 12:25:26 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.629	168	57676	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.829	114	107204	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.094	117	117691	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.059	152	52435	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.029	65	50581	52.71	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 105.42%			
35) Dibromofluoromethane	5.464	113	39609	52.01	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 104.02%			
50) Toluene-d8	8.694	98	142975	52.69	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 105.38%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.118	95	56906	53.94	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 107.88%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.423	43	18836	51.91	ug/l #	87
20) Methylene Chloride	2.834	84	5366	7.58	ug/l	90
25) 2-Butanone	4.646	43	3353	6.10	ug/l	95
43) Isopropyl Acetate	6.411	43	8175	4.15	ug/l #	90

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX033121\
Data File : VX021696.D
Acq On : 31 Mar 2021 19:21
Operator : JC/MD
Sample : PB135444ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB135444ZHE#02

Quant Time: Apr 01 03:30:14 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X032421W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 24 12:25:26 2021
Response via : Initial Calibration