Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX033122\
Data File : VX027848.D
Acq On : 31 Mar 2022 15:18
Operator : JC/MD
Sample : N2041-18DL 5X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
DUP02-20220317DL

Quant Time: Apr 01 04:08:21 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X032922W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 30 04:39:27 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	78575	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	134847	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	116483	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	49731	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	48184	47.527	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 95.060%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	44579	51.216	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 102.440%			
50) Toluene-d8	8.653	98	155388	50.739	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 101.480%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	60437	46.439	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 92.880%			
Target Compounds						Qvalue
9) 1,1,2-Trichlorotrifluo...	2.331	101	1571	2.135	ug/l	95
12) 1,1-Dichloroethene	2.319	96	553	0.819	ug/l #	89
30) Chloroform	5.111	83	519	0.334	ug/l #	74
44) Trichloroethene	7.129	130	42732	47.330	ug/l	87

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX033122\
Data File : VX027848.D
Acq On : 31 Mar 2022 15:18
Operator : JC/MD
Sample : N2041-18DL 5X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
DUP02-20220317DL

Quant Time: Apr 01 04:08:21 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X032922W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 30 04:39:27 2022
Response via : Initial Calibration