Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX040323\
Data File : VX034935.D
Acq On : 03 Apr 2023 16:20
Operator : JC/MD
Sample : PB151389TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB151389TB

Quant Time: Apr 03 21:39:16 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X032923W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Apr 01 01:50:18 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	249423	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	436853	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	393567	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	179218	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	194356	50.951	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 101.900%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	138481	47.927	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 95.860%			
50) Toluene-d8	8.647	98	532472	49.927	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 99.860%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	202370	49.034	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 98.060%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.374	43	48608	31.368	ug/l	93
20) Methylene Chloride	2.788	84	18399	6.017	ug/l	97
37) Ethyl Acetate	4.715	43	68300	15.259	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	286072	38.201	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX040323\
Data File : VX034935.D
Acq On : 03 Apr 2023 16:20
Operator : JC/MD
Sample : PB151389TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB151389TB

Quant Time: Apr 03 21:39:16 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X032923W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Apr 01 01:50:18 2023
Response via : Initial Calibration