Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX042225\
Data File : VX045894.D
Acq On : 22 Apr 2025 18:47
Operator : JC/MD
Sample : Q1842-36
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PL-714-COMP-13

Quant Time: Apr 23 01:36:40 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X040225W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Apr 02 03:11:43 2025
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.544	168	63961	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.757	114	128826	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.049	117	121421	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.018	152	50929	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	63882	54.615	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 109.220%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	45096	49.338	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 98.680%			
50) Toluene-d8	8.647	98	162749	51.014	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 102.020%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	61920	53.284	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 77 - 121		Recovery = 106.560%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	25985	54.101	ug/l	97
18) Methyl Acetate	2.703	43	2813	2.544	ug/l	99
20) Methylene Chloride	2.782	84	216760	241.062	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	6.348	43	9717	4.122	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX042225\
Data File : VX045894.D
Acq On : 22 Apr 2025 18:47
Operator : JC/MD
Sample : Q1842-36
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PL-714-COMP-13

Quant Time: Apr 23 01:36:40 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X040225W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Apr 02 03:11:43 2025
Response via : Initial Calibration