Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX042622\
Data File : VX028349.D
Acq On : 26 Apr 2022 15:03
Operator : JC/MD
Sample : N2548-01
Misc : 5.00g/10mL/100uL/5.00mL/MSVOA_X/MEOH
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MH-8S

Quant Time: Apr 27 02:04:49 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X041922W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 19 13:38:04 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.549	168	491727	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	793900	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	717427	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	350910	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	264014	41.178	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery =	82.360%		
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	234999	42.209	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery =	84.420%		
50) Toluene-d8	8.652	98	907262	42.427	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery =	84.860%		
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	322601	39.456	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery =	78.920%		
Target Compounds						Qvalue
25) 2-Butanone	4.617	43	31403	8.270	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX042622\
Data File : VX028349.D
Acq On : 26 Apr 2022 15:03
Operator : JC/MD
Sample : N2548-01
Misc : 5.00g/10mL/100uL/5.00mL/MSVOA_X/MEOH
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MH-8S

Quant Time: Apr 27 02:04:49 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X041922W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 19 13:38:04 2022
Response via : Initial Calibration