Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX050123\
Data File : VX035429.D
Acq On : 01 May 2023 10:41
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: May 01 23:53:46 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X042523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 25 16:31:40 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	83	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.529	0.466	11.9	71	0.00
3	P	Chloromethane	0.481	0.403	16.2	71	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.483	0.411	14.9#	72	0.00
5	T	Bromomethane	0.321	0.260	19.0	68	0.00
6	T	Chloroethane	0.282	0.250	11.3	75	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.755	0.683	9.5	78	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.275	0.267	2.9	85	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.504	0.457	9.3	77	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.636	0.511	19.7	64	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.110	0.099	10.0	73	-0.01
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.486	0.442	9.1#	78	0.00
13	T	Acrolein	0.108	0.114	-5.6	87	0.00
14	T	Allyl chloride	0.855	0.806	5.7	79	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.275	0.268	2.5	81	0.00
16	T	Acetone	0.262	0.264	-0.8	87	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.164	1.064	8.6	75	0.00
18	T	Methyl Acetate	1.013	1.004	0.9	82	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.666	1.719	-3.2	87	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.601	0.549	8.7	85	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.527	0.494	6.3	80	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.691	1.643	2.8	82	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.162	1.198	-3.1	83	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.953	0.926	2.8	81	0.00
25	T	2-Butanone	0.382	0.369	3.4	81	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.746	0.753	-0.9	83	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.620	0.613	1.1	85	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.406	0.427	-5.2	86	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.245	0.227	7.3	78	0.00
30	C	Chloroform	0.962	0.977	-1.6#	85	0.00
31	T	Cyclohexane	0.856	0.744	13.1	73	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.843	0.830	1.5	81	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.603	0.641	-6.3	90	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	84	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.307	0.335	-9.1	91	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.479	0.424	11.5	78	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.438	0.435	0.7	80	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.455	0.449	1.3	81	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.583	0.505	13.4	73	0.00
40	TM	Benzene	1.375	1.296	5.7	81	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.251	0.250	0.4	82	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.490	0.488	0.4	85	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.735	0.746	-1.5	84	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.379	0.364	4.0	82	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.347	0.341	1.7#	83	0.00
46	T	Dibromomethane	0.238	0.242	-1.7	87	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.438	0.470	-7.3	87	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.361	0.371	-2.8	83	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX050123\
Data File : VX035429.D
Acq On : 01 May 2023 10:41
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: May 01 23:53:46 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X042523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 25 16:31:40 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.009	0.007	22.2	70	0.00
50	S	Toluene-d8	1.158	1.191	-2.8	86	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.452	0.441	2.4	82	0.00
52	CM	Toluene	0.871	0.835	4.1#	81	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.458	0.525	-14.6	89	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.518	0.574	-10.8	87	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.347	0.355	-2.3	87	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.517	0.550	-6.4	87	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.594	0.590	0.7	85	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.259	0.252	2.7	77	0.00
59	T	2-Hexanone	0.339	0.330	2.7	80	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.333	0.382	-14.7	91	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.358	0.371	-3.6	86	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.435	0.470	-8.0	90	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	85	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.383	0.347	9.4	81	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.082	1.021	5.6	84	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.376	0.393	-4.5	88	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.873	1.775	5.2#	81	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.718	0.675	6.0	81	0.00
69	T	o-Xylene	0.704	0.678	3.7	83	0.00
70	T	Styrene	1.141	1.160	-1.7	85	0.00
71	P	Bromoform	0.262	0.304	-16.0	93	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	86	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.655	3.451	5.6	82	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.374	1.399	-1.8	83	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.134	1.102	2.8	86	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	0.997	0.926	7.1	87	0.00
77	T	Bromobenzene	0.909	0.914	-0.6	87	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.198	3.893	7.3	80	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.623	2.431	7.3	82	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.082	2.952	4.2	82	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.308	0.325	-5.5	87	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.946	2.837	3.7	85	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.092	2.917	5.7	83	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.097	3.006	2.9	84	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.793	3.439	9.3	78	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.226	3.037	5.9	80	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.727	1.696	1.8	87	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.810	1.693	6.5	86	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.723	2.500	8.2	78	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.494	0.488	1.2	80	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.727	1.660	3.9	87	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.227	0.238	-4.8	85	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.085	1.084	0.1	88	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.476	0.421	11.6	80	0.00
95	T	Naphthalene	3.342	3.526	-5.5	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX050123\
Data File : VX035429.D
Acq On : 01 May 2023 10:41
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: May 01 23:53:46 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X042523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 25 16:31:40 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.093	1.055	3.5	86	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6