Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX051225\
Data File : VX046136.D
Acq On : 12 May 2025 14:22
Operator : JC/MD
Sample : Q1983-36
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
OR-636-COMP-06

Quant Time: May 13 03:18:30 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X050525W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 06 07:12:22 2025
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	62445	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.757	114	124254	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.049	117	116765	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.018	152	44708	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	62464	53.655	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 107.320%			
35) Dibromofluoromethane	5.379	113	45461	50.808	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 101.620%			
50) Toluene-d8	8.647	98	157493	50.855	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 101.720%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	56852	47.858	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 77 - 121		Recovery = 95.720%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.380	43	18395	39.408	ug/l	99
18) Methyl Acetate	2.709	43	2128	1.965	ug/l	91
20) Methylene Chloride	2.782	84	2337	2.613	ug/l	92
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	10656	4.703	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX051225\
Data File : VX046136.D
Acq On : 12 May 2025 14:22
Operator : JC/MD
Sample : Q1983-36
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
OR-636-COMP-06

Quant Time: May 13 03:18:30 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X050525W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 06 07:12:22 2025
Response via : Initial Calibration