Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX060321\
Data File : VX022400.D
Acq On : 04 Jun 2021 04:56
Operator : JC/MD
Sample : PB36780ZHE#15
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 51 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB36780ZHE#15

Quant Time: Jun 04 05:42:39 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X051921W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed May 19 14:23:10 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.562	168	59965	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	125918	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	115959	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	46716	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	52460	56.713	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 113.420%			
35) Dibromofluoromethane	5.397	113	38380	48.064	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 96.120%			
50) Toluene-d8	8.652	98	158847	51.641	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 103.280%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	55610	48.912	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 97.820%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.385	43	11375	28.242	ug/l	96
18) Methyl Acetate	2.715	43	1536	1.434	ug/l #	86
20) Methylene Chloride	2.800	84	2419	2.705	ug/l #	87
43) Isopropyl Acetate	6.354	43	11317	4.847	ug/l #	94

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX060321\
Data File : VX022400.D
Acq On : 04 Jun 2021 04:56
Operator : JC/MD
Sample : PB36780ZHE#15
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 51 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB36780ZHE#15

Quant Time: Jun 04 05:42:39 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X051921W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed May 19 14:23:10 2021
Response via : Initial Calibration