Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX060322\
Data File : VX029196.D
Acq On : 03 Jun 2022 17:35
Operator : JC/MD
Sample : N3164-11
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
34BR-20220531

Quant Time: Jun 06 02:36:13 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X053122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 01 04:45:42 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	311617	50.000	ug/l	# 0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	575704	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	569734	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	269508	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	204749	58.268	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 116.540%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	191378	50.047	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 100.100%			
50) Toluene-d8	8.653	98	689438	49.296	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 98.600%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	280825	51.945	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 103.880%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.379	43	3131	2.263	ug/l #	80
23) Vinyl Acetate	3.733	43	4014	0.570	ug/l	99
29) Tetrahydrofuran	5.019	42	3016	2.107	ug/l #	85
37) Ethyl Acetate	4.714	43	546384	114.582	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX060322\
Data File : VX029196.D
Acq On : 03 Jun 2022 17:35
Operator : JC/MD
Sample : N3164-11
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
34BR-20220531

Quant Time: Jun 06 02:36:13 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X053122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 01 04:45:42 2022
Response via : Initial Calibration